

COLD PACK JEL AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Jelli yapıya sahip olacaktır.
- 2- 30x40 cm boyutlarında olacaktır.
- 3- -20C"nin altında donsa bile yumuşak kalacaktır.
- 4- Cihaz CE Belgeli veya TSE Belgeli olacaktır.

Şengül SAYAR
Rom. Reh. Kliniği
Sorumlu Hemşire

Figen ŞİMŞEK
Beyin Hasarı Reh.
Sorumlu Hemşire

Koray KOCAER
Anestezi Reh. Sor. Hemş.
HTB 205

Perihan YIGİTOĞLU
Akut Bak. Sor. Hemş.
Svl. Mem (G-2005-593)

Nursel ASLAN
Ormanlık Hasarı
Sorumlu Hemşiresi
G-997/31