

SATINALMA BİRİMİ

ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI) VE  
AGİ2 BAKIM SWABI

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

**A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:**

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

**B- DİĞER HUSUSLAR:**

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapip yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN  
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068  
FAX: (0312) 3464361-3352625  
MAIL : onkolojieahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 19/07/2016  
SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Talep Tarihi / No : 02/06/2016... /

759

Birim : ANESTEZİ YOĞUN BAKIM STOĞU

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-03-03	ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)	OR1520	1400	ADET
2	150-03-03	AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)	OR2120	1500	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
Hastane gereğinde kullanılmak üzere stokta ihtiyacı.	..... / ..... / 20....	Hülya Peker BÜYÜKSU Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
	..... / ..... / 20....	Dr.A. Stok Takip Kulu Hastanesi Uz. Dr. Serpil SAVU Anesteziyoloji ve Reanimasyon Başası Dip. Tescil No: 54496
	..... / ..... / 20....	Dr.A.Y. Onkoloji Eğt. Arst Hastanesi Uz. Dr. Saadet DİKMEN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman Dip. Tescil No: 69885
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	..... / ..... / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. 132	..... / ..... / 20....	Hastane Yöneticisi



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3 Nolu Genel Sekreterliği  
Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU :**

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi genelinde kullanılmak üzere alınacak olan enteral beslenme pompa seti (torbalı) teknik şartnamesidir.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER :**

- 2.1. Enteral ürünlerin (şişe, torba, kutu) kullanımında ve uygulanmasında uyumsuzluk olmamalı veya sete uyumlu steril veya dezenfekte torba (bag) ekipmanına sahip olmalıdır.
- 2.2. Setlerde enteral pompaya uygun entegre silikon pompa bölümü mevcut olmalıdır.
- 2.3. PVC ihtiva etmeyen set olmalıdır.
- 2.4. Her 200 set için 1 (bir) pompa cihazı verilmelidir.
- 2.5. Konektörü nazoenterik nütrisyon tüplerine uygun olmalı veya uygun olabilmesi için gerekli donanım verilmelidir.
- 2.6. Setler için gerekli donanımı firma temin etmelidir.
- 2.7. Setler üzerinde akışı önleyecek klemp sistemi olmalı veya donanım sağlanmalıdır.
- 2.8. Torba (bag) hacmi en az 500 en fazla 2000cc olmalıdır.
- 2.9. Steril kullanıma hazır tekli paketlerde, paketler üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.
- 2.10. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır.

**3. KABUL VE MUAYENE :**

- 3.1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Birim Yetkilisi

Hülya Peker BÜYÜKSU  
Yoğun Bakım Sorumlu  
Hemşiresi

Birim Yetkilisi

Dr.A.Y. Onkoloji Eğ. Arş. Hastanesi  
Uz. Dr. Serpil ŞAY  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Başhekimliği  
Dip. Tescil No: 54486

Birim Yetkilisi

Dr.A.Y. Onkoloji Eğ. Arş. Hastanesi  
Uz. Dr. Saadet DİKMEN  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı  
Dip. Tescil No: 69885

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3 Nolu Genel Sekreterliği  
Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**AĞIZ BAKIM SWAP (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU :**

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi genelinde kullanılmak üzere ağız bakım seti (günlük kullanım için) teknik şartnamesidir.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER :**

- 2.1 Ağız bakım swabı ağız kuruluşunu önlemek, ağız hijyeni ve ağzın pH dengesini sağlamak amacıyla formüle edilmiş olmalıdır.
- 2.2 Her bir swap ağız içini temizlemeye elverişli uzunlukta ve ağızda toksik etkisi olmayan medikal süngerden yapılmış olmalıdır. Süngerler bakım çubuğuna sıkıca yapıştırılmış olmalı ve işlem bitene kadar çubuktan ayrılmamalıdır.
- 2.3 Her 10 swap için 1 adet, alkol ve hidrojen peroksit içermeyen, anti bakteriyel enzim ve proteinleri içeren, en az 50 ml 'lik ağız yıkama solüsyonu bulunmalıdır
- 2.4 Ağız yıkama solüsyonları Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden ruhsatlı olmalıdır.
- 2.5 Her on Swap için 1 adet ağız ve dudağı uzun süre nemli tutan iyileştirmeye yardımcı olan nemlendirici **TÜP** şeklinde jel bulunmalı ve jelin miktarı en az 10cc(±2) olmalıdır.
- 2.6 Kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı ve paketler üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.
- 2.7 Teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
- 2.8 UBB kodu olmalıdır.

**3. KABUL VE MUAYENE :**

- 3.1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Birim Yetkilisi

Hülya Peker BÜYÜKSU  
Yoğun Bakım Sorumlusu  
Hemşiresi

Birim Yetkilisi

Dr.A.Y. Onkoloji Eğ. Araştırma Hastanesi  
Uz. Dr. Serpil SAVLI  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Başasistanı  
Dip. Tescil No: 54496

Birim Yetkilisi

Dr.A.Y. Onkoloji Eğ. Araştırma Hastanesi  
Uz. Dr. Hamit Erdal ESKİÇIRAK  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitim Görevlisi  
Dip. Tescil No: 50578