

3.2.12. İdare tarafından sözleşme süresi içinde Cihazda model yükseltme işlemi yapılmasına karar verildiği takdirde yapılacak işlemler alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

3.2.12.1.İdare, Cihaz'da model yükseltme işlemi yaptıрма kararını işlemin başlamasından en az 1(bir) ay önce Yükleniciye bildirilecektir.

3.2.12.2.Cihaz, durum tespiti yapıldıktan sonra İdare tarafından teslim alınacak ve model yükseltme işlemini yapacak olan ilgili firmaya teslim edilecektir.

3.2.12.3.Cihaz, model yükseltme işleminin tamamlanmasını müteakip, İdare tarafından belirlenecek bir tarihte, durum tespiti yapılarak Yükleniciye teslim edilecektir.

3.2.12.4.Cihaz, model yükseltme işlemi yapılması için İdare tarafından Yükleniciden teslim alınması ile model yükseltme işleminin tamamlanmasını müteakip Yükleniciye teslim edilmesi arasında geçen süre için Günlük Ücret ödenmeyecektir.

3.2.13. Ücretlerin ödenmesi ile ilgili hususlar alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

3.2.13.1.Yapılan hizmete karşılık gelen ücretler 3 (üç) ayda bir ödenir.

3.2.13.2.Son ödeme dönemi 3 (üç) aylık süreden kısaysa ödeme Günlük Ücret üzerinden yapılır.

3.2.13.3.Ödemeler, varsa cezai kesintiler mahsup edilerek yapılır.

3.2.14. İlgili Diğer Hususlar alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

3.2.14.1.Yeni yapılacak olan sözleşme; usulüne uygun olarak taraflarca imzalanıp, onaylanmasından sonra yürürlüğe girer ve azami 365 (üç yüz altmış beş) takvim gününe kadar devam eder.

3.2.14.2.Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonraki ilk 5 (beş) takvim gün içinde resmi ikametgahının adresini, önemli telefonları, faks (belge geçer) numarasını, cep telefon numaralarını, 800'lü veya 444'lü hatlarının numaralarını, elektronik posta (e-mail) adreslerini İdare'ye resmi yazıyla bildirecektir. Telefon veya faks numaralarına 24 (yirmi dört) saat erişilebilecek ve arıza kaydı bırakılabilecektir.

3.2.14.3.Yüklenici, mesai saati dışında ve tatil günlerinde ulaşılabilirlik ilgili teknik veya idari personelinin telefon numaralarını ayrı olarak İdare'ye bildirecektir.

3.2.14.4.Arıza tespiti ve Ayar işlemlerinde, kalibrasyonu geçerli olan test ve ölçüm cihazları kullanılacaktır.

3.2.14.5.Yüklenici, gerekli olabilecek her türlü test cihazı ve el aletlerini kendi kullanımı için Cihaz mahallinde hazır bulunduracaktır.

3.2.14.6.Cihaz'ın kullanılabilmesi için gerekli lisans belgelerinin alınmasını etkileyecek Cihazla ilgili konular Arıza kabul edilecek ve bu sorunlar Yüklenici tarafından giderilecektir.

3.2.14.7.Cihaz'ın hiçbir parçası ve aksesuarı cihaz mahallinin dışına izinsiz olarak çıkarılmayacaktır.

3.2.14.8.Arızanın giderilmesine etki edecek elektrik ve su kesintileri süre hesaplamalarında İdare'ce dikkate alınacaktır.

3.2.14.9.Arızalanan malzeme ve yedek parçalar Yüklenici tarafından tamir edilebilecektir. Tamir edilen malzeme ve yedek parçalar hasta emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.

3.2.14.10.Cihaz'ın İdarece sökülmesine karar verilmesi veya kullanımdan kaldırılması halinde Sözleşme kendiliğinden yürürlükten kalkar (fesih olur). Durum İdarece Yükleniciye yazılı olacak bildirilir. Yüklenici, bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunmayacağını taahhüt eder. Yükleniciye konunun tebliğ tarihinden önceki hak- edişleri (ücretler) ödenir.

3.2.14.11.Üreticinin gönderdiği zorunlu modifikasyonlar veya İdare tarafından satın alınan model yükseltmeler veya yedek parçalar Yüklenici tarafından cihaza uygulanacak veya uygulanmasına izin verecektir. Bu uygulama sırasında çıkabilecek arızalardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Oluşacak herhangi bir arıza durumunda arızanın parça gerektirmesi ve gerektirmemesine göre cezai işlemler uygulanır.