

**GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
OTOMATİK TURNİKE CİHAZI MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. PNÖMATİK TURNİKE BACAK MANŞONU PEDIATRİK

- 1.1. Manşon hastanemizde kullanılmakta olan CONTEC MEDİCAL marka TR 5000 model turnike cihazımızla uyumlu olacaktır.
- 1.2. Manşonun Cuff boyu en az 52 cm olmalıdır.
- 1.3. Manşonun buruşmasını önleyecek yüzey kaplaması olmalıdır.
- 1.4. Latex alerjisine neden olmaması açısından Latex içermemelidir.
- 1.5. Tek cufflu olmalı ve renk kodu içermelidir.
- 1.6. Bağlantı adaptörü manşonu ile birlikte verilmelidir.
- 1.7. Manşonun en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır.

2. PNÖMATİK TURNİKE KOL MANŞONU PEDIATRİK

- 2.1. Manşon hastanemizde kullanılmakta olan CONTEC MEDİCAL marka TR 5000 model turnike cihazımızla uyumlu olacaktır.
- 2.2. Manşonun Cuff boyu en az 40 cm olmalıdır.
- 2.3. Manşonun buruşmasını önleyecek yüzey kaplaması olmalıdır.
- 2.4. Latex alerjisine neden olmaması açısından Latex içermemelidir.
- 2.5. Tek cufflu olmalı ve renk kodu içermelidir.
- 2.6. Bağlantı adaptörü manşonu ile birlikte verilmelidir.
- 2.7. Manşonun en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır.

3. PNÖMATİK TURNİKE KOL MANŞONU YETİŞKİN

- 3.1. Manşon hastanemizde kullanılmakta olan CONTEC MEDİCAL marka TR 5000 model turnike cihazımızla uyumlu olacaktır.
- 3.2. Manşonun Cuff boyu en az 85 cm olmalıdır.
- 3.3. Manşonun buruşmasını önleyecek yüzey kaplaması olmalıdır.
- 3.4. Latex alerjisine neden olmaması açısından Latex içermemelidir.
- 3.5. Tek cufflu olmalı ve renk kodu içermelidir.
- 3.6. Bağlantı adaptörü manşonu ile birlikte verilmelidir.
- 3.7. Manşonun en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır.

4. PNÖMATİK TURNİKE BACAK MANŞONU YETİŞKİN

- 4.1. Manşon hastanemizde kullanılmakta olan CONTEC MEDİCAL marka TR 5000 model turnike cihazımızla uyumlu olacaktır.
- 4.2. Manşonun Cuff boyu en az 115 cm olmalıdır.
- 4.3. Manşonun buruşmasını önleyecek yüzey kaplaması olmalıdır.
- 4.4. Latex alerjisine neden olmaması açısından Latex içermemelidir.
- 4.5. Tek cufflu olmalı ve renk kodu içermelidir.
- 4.6. Bağlantı adaptörü manşonu ile birlikte verilmelidir.
- Manşonun en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır