	<p style="text-align: center;">T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi SATINALMA TALEP FORMU</p>	Döküman No	AEAH.KYS.FR.001
		Yayın Tarihi	03.02.2010
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	08.11.2012
		Sayfa No	1/1

TALEP EDEN BÖLÜM			BIYOMEDİKAL KLNK. MÜH. HİZM.			TARİH-NO		04.12.2015 / 3511	
Sıra No	SUT Kodu	Bütçe Kodu	Malzeme Listesi	Miktar	İşçi Sayısı	Depo Stok Miktarı	Kullanım Süresi	Bir Önceki Yıl Tüketim Miktarı	Son Alım Fiyatı
1		740 6 16	ONARIM HİZMETLERİ(YEDEK PARÇA/MAL ALIMI DAHİL, İSTISNAİ PARÇALAR HARIÇ)	1		0			

Not :Lütfen aynı form üzerinde 10 kaleminden fazla ve konu itibariyle farklı olan talepte bulunmayınız.
Yukarıda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu olduğu ihtiyaçtan fazla talep edilmediği,fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu , hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ		04.12.2015..
YMPUS MARKA GIF-H180J MODEL 2103782 SERİ MARALI GASTROSKOP ARIZALIDIR.		Klinik/Bölüm Sorumlusu GÖZDE DERELİ MÜHENDİS

DEPO GÖRÜŞÜ	MKYS KONTROL/...../20.....
		Depo Yetkilisinin İmza-Kaşe
TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖRÜŞÜ	/...../20.....

İhtiyacın Temin Yöntemi	İHALE	/...../20.....	Yukarıdaki Talebin satın alması hususunu onaylarınıza uygun görüşte arz ederim./...../20.....
	DOĞRUDAN TEMİN	DİĞER (3-e)			
				İdari ve Mali İşler Müdürü	Doç. Dr. Murat AKÇAY Hastane Yöneticisi

04.12.2015

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Konu: Olympus Video Gastroskop Cihazı

TEKNİK RAPOR


Hastanemiz gastroenteroloji kliniğinde kullanılmakta olan Olympus marka, GIF-H180J model, 2103782 seri numaralı video gastroskop cihazı arızalıdır. Yapılan kontrollerinde cihazın ön dış kılıfının dibinden kırılmış olduğu ve hareket mekanizmasının problemli olduğu görülmüştür. Tamiri tarafımızca mümkün olmadığından hastanemiz tarafından tamir ettirilmesi önerilmektedir.

Durum bildirir teknik rapordur.

Biyomedikal Teknisyeni
İlker ŞAHİN



Biyomedikal Teknikeri
Cemal DOĞAN



Biyomedikal Mühendisi
Erhan BAYSAL

ATATURK E.A.H.

GELEN

TEKNİK RAPOR
GÖZDE DERELİ

04-12-2015 14:55:00 / 17961
OLYMPUS VIDEO GASTROKOP CİHAZI
HK

Gözde DERELİ
Biyomedikal Mühendisi

