

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Beypazarı Devlet Hastanesi

EEG PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EEG pastası elektrodlar ile cilt arasındaki kontak rezistansındaki konduktiviteyi arttırarak, EEG kaydıyla artifaktları engelleyecek özellikte olacaktır.
2. EEG pastası yüksek oda sıcaklığında ve ateşi olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliği olacaktır.
3. EEG pastası terleme ve elektrodların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olacaktır.
4. EEG pastası kullanımından sonra ayrıca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç göstermeyecektir.
5. Kullanımdan sonra elektrodlarda kalan pastaların suda kolay bir şekilde temizlenmesi için suda kolay çözünebilecektir.
6. Kokusuz, opak ve alerjik yapmayacak özellikte olacaktır.
7. Hem EEG (Elektroansefelografi) hem de EP (Evoked potential) uygulamalarında kullanılabilir özellikte olacaktır.
8. Teklif veren firmalardan numune istenerek uygunluğu test edilerek karar verilecektir.
9. EEG Pastası (200 gr.250gr.) Arası ambalajlarda olmalıdır.
10. Ürün miadı malzeme tesliminden en az 2 yıl olmalıdır.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ  
Burhan ÖZDEMİR  
Tas. No: 001/15  
Sicil No: 123175

Ayşe pakt uysal  
Amir