

SATINALMA BİRİMİ

HOT PACIK KAZANI / ÜNİTESİ

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkoloji@dogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: **17/11/2016**

SAAT: **15:00**

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMYE ALINMAYACAKTIR

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1




Birim : FIZYOTERAPIST STOĞU

Talep Tarihi / No : 20/10/2016... /

1330

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	255-01-05	HOT PACK KAZANI / ÜNİTESİ	YOK	1	ADET

Künye No:

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KASE / İMZA
ANA BİNA VE ANDİÇEN EK BİNADAKİ FİZİK TEDAVİ ÜNİTELERİNDEKİ CİHAZLAR İHTİYACI KARŞILAMADIĞI İÇİN GEREKMEKTEDİR. / / 20....	 Stok Takip Birim Sorumlusu
	27.10.2016	 Stok Takip Birim Sorumlusu Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğt. ve Arşt. Hst Uzm. Dr. Serkan TAŞ Fizyoterapist Dip Teselli No : 54246 - 54448
	27.10.2016	 Klinik İdari Sorumlusu Fzt. Filiz İner
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kase / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

**HOT PACK CİHAZI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesinde kullanılmak üzere Hot Pack Cihazı alımı teknik şartnamesidir.

2. GENEL ŞARTLAR

- 2.1. Cihaz 220 V, 50 / 60 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır.
- 2.2. Cihazın içi, dışı ve kapağı komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- 2.3. Cihazın su ısıtma gücü en az 1500 Watt olacaktır.
- 2.4. Tank kapasitesi en az 130 litre olacaktır.
- 2.5. Cihaz, çift termostatlı olacaktır. Birinci termostat pedlerin ideal klinik sıcaklık değerinde (71-74°C) tutulmasını sağlanacaktır. Sıcaklık herhangi bir nedenle 82-84°C ye çıktığında devreye giren ikinci termostat rezistansa giden akımı kesmelidir. Bu husus katalog ile belgelenecektir.
- 2.6. Cihaz, ısı kaybını önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak için fiberglas yalıtıma sahip olacaktır.
- 2.7. Cihaz ile birlikte verilen ped özellikleri şu şekilde olmalıdır:
 - Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza edici jel bulunacaktır.
 - Pedler küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış olacaktır.
 - Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.
- 2.8. Cihazın içinde pedleri takmak için paslanmaz çelik askılık bulunmalıdır. Bu dahili çelik askılık cihaz temizlenirken çıkartılabilecektir.
- 2.9. Cihaz tekerlekli olmalı bu sayede kolayca taşınabilecektir.
- 2.10. Cihazla birlikte cihazın yan tarafına monte edilen hot pack pedlerinin hazırlanmasını kolaylaştıran orijinal, çelik malzeme sehpa olmalıdır. Bu husus cihazın katalogu ile belgelenecektir.
- 2.11. Cihazın elektriksel güvenlik Class 1, Tip B ve EN 60601-1 olmalı bu husus kataloglar ile belgelenecektir.
- 2.12. Cihaz pedlerin ideal klinik kullanım sıcaklığı olan (71-74°C) ye 8 saat içinde ulaşabilecek ısıtma gücüne sahip olmalıdır. Bu husus kataloglar ile belgelenecektir.
- 2.13. Cihazın üst kapağı menteşeli olmalı bu sayede rahat açılıp kapatılacaktır.

CİHAZLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ MALZEMELER VERİLMELİDİR.

- 25x61(+5,-5) cm lik hot pack pedi 24 adet

Mehmet Akif Ersoy Mah. 13. cad. No:56 Yenimahalle
06200 ANKARA
Tel: 0(312)3360909
Faks: 0(312)3461129

İrtibat : Klinik Mühendisliği
Dahili : 3010
E-posta : okolojiklinikmuhendislik@gmail.com.tr

3. GENEL HÜKÜMLERİ :

3.1. İSTENEN DÖKÜMANLAR:

Yüklenici, cihaz ile birlikte cihazın orijinal kullanım, bakım, onarım ve teknik servisi için gerekli dokümanları, Türkçe kullanım kılavuzunu ve cihazın servis manuelini cihazın muayene ve kabulü sırasında verecektir.

3.2. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİ:

- 3.2.1. Cihazı teklif eden isteklinin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve teklif edilen cihazın T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge tekliflerin ekinde sunulmalıdır.
- 3.2.2. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılacaktır.
- 3.2.3. İstekliler; Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi'ni düzenleyecek ve sunacaklardır. Bu belge; ".....Cihazı Teklifimizin Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında, ve her sayfası yetkili kişi tarafından imzalanmış ve istekli kaşesi ile kaşelenmiş olacaktır. Bu işlem ortak katılım durumunda her bir ortak tarafından yerine getirilecektir. Teknik Şartnamedeki her maddeye tek tek Türkçe cevap verilecektir. Teknik şartnamede yer alan maddeler cihazın orijinal dokümanları üzerinde işaretlenmiş olmalıdır.
- 3.2.4. Teknik Şartnameye uygunluk belgesinde verilen yanıtlar, belgeler ile cihaz ve malzeme katalogları arasında tam uyum olmak zorundadır.

3.3. TEKNİK SERVİS GARANTİ VE YEDEK PARÇA:

- 3.3.1. Cihazlar, muayene ve kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır. Bu garanti istekli ve distribütör veya üretici firma tarafından ayrı ayrı verilecektir. Yüklenici tarafından garanti süresince ücretsiz servis, yedek parça ve bakımı kapsayan tam garanti verilecektir.
- 3.3.2. Garanti süresi cihaz montaj edilip tamamen hizmete girdiği andan itibaren başlamış olacaktır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçalardan ek bir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresince, arıza bildiriminden sonra 1 bir iş günü içerisinde cihaza müdahale edilecek ve en çok 15 (on beş) gün içinde cihaz bütün fonksiyonları ile çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacaktır.
- 3.3.3. İstekli, teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgeleyecektir. (Teknik personel sayısı, bakım, onarım imkanları v.b.) Ayrıca istekli, üretici veya distribütör adına ihale tarihinde geçerli olan yetkili kurum/kuruluş tarafından verilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif ekinde sunulacaktır.
- 3.3.4. Garanti bitim süresinden sonra, yüklenici ve yurt içindeki distribütör (dağıtıcı) veya üretici firma tarafından 10 (on) yıl yedek parçayı ücreti karşılığında temin edeceğine dair belge ile gerekli yedek parçaların ve işçiliğin, bedelinin belirtildiği imzalı kaşeli belge teklif ekinde sunulacaktır.

3.4. MONTAJ:

- 3.4.1. Yüklenici, cihazı ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.5. EĞİTİM:

- 3.5.1. Yüklenici, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin eğitilmiş personeli tarafından montaj sonrası idarenin belirleyeceği sayıda personele ücretsiz eğitim verecektir.

4. KABUL VE MUAYENE:

- 4.1. Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, Teknik şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Mah. 13. cad. No:56 Yenimahalle
06200 ANKARA
Tel: 0(312)3360909
Faks: 0(312)3461129

İrtibat : Klinik Mühendisliği

Dahili : 3010

E-posta : okolojiklinikmuhendislik@gmail.com.tr

4.2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzenek yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.

Birim Yetkilisi


T.C.S.B.
Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Araş. Hast.
Uzm. Dr. Gökhan TAŞ
FTR Uzmanı
Dip. Tescil No : 54246 - 54448

Birim Yetkilisi


Çağatay ÇEKİÇ
Tehniyeden

Birim Yetkilisi


Fzt. Filiz Ünver

Dr. Abdurrahman Yurtarslan

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Mehmet Akif Ersoy Mah. 13. cad. No:56 Yenimahalle
06200 ANKARA
Tel: 0(312)3360909
Faks: 0(312)3461129

İrtibat : Klinik Mühendisliği
Dahili : 3010
E-posta : okolojiklinikmuhendislik@gmail.com.tr