## T.C.

## SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Beypazarı Devlet Hastanesi

## BİYOMİKROSKOP AMPULÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.İnami Marka L-0185 Model cihazın orijinal ampulü olmalıdır.
- 2.Halojen olmalıdır.
- 3. 12V 50W olmalıdır.
- 4.Patlak ve Fabrika hatalarına karşı satıcı firma en az 1 yıl garanti vermelidir.

Beypazarı Daviet Hastanes Fikret KÖKÇE/ Tekhisyen Sicil Ng. MM857

BEYPAZARI DEVLET HASTANESI
BURDAD ÖZDEMİR
Taş: HER OLIMANIY
SIÇİN NOVURTANIY