

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi

BUHAR İNDİKATÖRLÜ ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiketler ISO 11140 CLASS 1 Standardına uygun olmalıdır ve bu standart etiket üzerinde yazılı olmalıdır.
2. Etiketin üzerinde referans renk yazılı olmalıdır.
3. Etiketin üzerinde buhar indikatörü bulunmalı, işlem görmüş indikatörde renk değişikliği belirgin olmalıdır, kullanıcıyı yanıltmamalıdır.
4. İndikatör renk değişikliği en az 6 ay sabit kalmalıdır.
5. Etiketlerin üzerine operatör adı, sterilizatör numarası, çevrim numarası, malzemelerin ait olduğu bölüm kodu, üretim ve son kullanma tarihi yazılabilmesi için 3 ayrı hane bulunmalıdır.
6. Etiketler üç satırlı, çift yapışkanlı olmalıdır. Yapışkanlıklarını sterilizasyon boyunca ve sonrası da devam ettirebilmelidir
7. Etiketler takılmadan düzgün şekilde yapıştırılmalı, yapıştırıldıkları yüzeyde atık bırakmamalı, işlem sonrası deforme olmamalıdır.
8. Etiket, cihazına kolayca takılabilmelidir.
9. Etiketler yazıcıdan geçerken her baskıda aynı mesafede ilerlemeli, yazıcıdan kaydırma ve tutukluk yapmamalıdır.
10. Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakasının hasta kartına kolay transferi için etiketten büyük olmalıdır.
11. Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir.
12. Etiketlerle birlikte 4 adet etiket tabancası ve 20 adet makine uyumlu kartuş verilecektir.
13. Tabancanın kullanım sırasında oluşabilecek arıza, bozulması vb. durumlarda firma yedek tabanca temin etmelidir.
14. Etiket tabancasının bakım onarımı firmaya aittir.
15. Her bir rulonun üstünde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
16. Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miatlı olmalıdır.