

## TEK KULLANIMLIK BONE ŞARTNAMESİ

1. Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen materyalden yapılmış olmalı
2. Kumaş kalınlığı en az 15mg/m2 olmalı
3. Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif tüy dökülmemeli
4. Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, hava geçirgenliği sağlamalı
5. Bonenin başı çevreleyen kısmı lastikle overlok dikilmiş olmalı
6. Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalı
7. Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalı
8. Cildi tahriş etmemeli
9. Akordeon gibi katlanmış iki tarafında toplanmış dikiş stilinde olmamalı.
10. Renk yeşil olmalı
11. Boneler hem erkek hemde bayan için kullanılabilir olmalıdır
12. Teklif edilen üründen en az üç adet numune sunulmalıdır.

Ünal Gökmen

VHKİ

Mustafa Çalışkan

SAĞ. MEM.

Hüseyin Hilmi Öztürk

MÜD.YRD