

Bölge Yetkili Servisi:



Y. Öveçler Mah. Çevizlilere Cad.
No: 1/4
06520 Dikmen/ANKARA
Tel: (0312) 473 03 03
Fax: (0312) 472 00 44

Merkez / Müşteri adı:

POLATLI
DELETT
HASTANESİ
DİYARLIK ÜST.

ANKARA

SERİS RAPOR NO	TARİH	İSTEK REFERANS NO	T	Y	CİHAZIN DURUMU					
025100	01.04.2016			K	GARANTİLİ	SÖZLEŞMELİ	SÖZLEŞME YOK			
SERİ NO	Ç. SAATİ	MODELİ	EC KODU	SW						REF NO
4VSABA24		4008	515	4.9	5.2	5.3				
		4008 SV10		2.9	4.3					
		5008		11.....	4.5					
0VSAAF57		4008	405	4.9	5.2	5.3				
		4008 SV10		2.9	4.3					
		5008		11.....	4.5					
2VSAAF59		4008	11	4.9	5.2	5.3				
		4008 SV10		2.9	4.3					
		5008		11.....	4.5					
1VSAQ768		4008	090	4.9	5.2	5.3				
		4008 SV10		2.9	4.3					
		5008		11.....	4.5					
1VSA2115		4008	11	4.9	5.2	5.3				
		4008 SV10		2.9	4.3					
		5008		11.....	4.5					
1VSAAQ00		4008	500	4.9	5.2	5.3				
		4008 SV10		2.9	4.3					
		5008		11.....	4.5					
1VSA2A28		4008	515	4.9	5.2	5.3				
		4008 SV10		2.9	4.3					
		5008		11.....	4.5					
1VSA2A31		4008	11	4.9	5.2	5.3				
		4008 SV10		2.9	4.3					
		5008		11.....	4.5					
1VSA2A35		4008	11	4.9	5.2	5.3				
		4008 SV10		2.9	4.3					
		5008		11.....	4.5					
2SXAW310		4008	040	4.9	5.2	5.3				
		4008 SV10		2.9	4.3					
		5008		11.....	4.5					

BİRİME ULAŞMA SAATİ	İŞE BAŞLAMA SAATİ	İŞİ BİTİRME SAATİ	ÇALIŞMA SÜRESİ	BEKLEME SÜRESİ	YOL SÜRESİ
TEKNİSYEN NO	ARIZA KODLARI			CİHAZ TESLİM DURUMU	YAPILAN KİM
012	1Y	2Z	05		

YAPILAN İŞLER

AYLIK KONTROL

Cihazın kontrolü yapılarak T1 testine 2. Programda dezenfeksiyona alınmıştır.

YUKARIDAKİ İŞLEMLER YAPILARAK CİHAZ ÜNİTEYE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLMİŞTİR

DİĞER:

Seri numarası yazılı olan 10 adet cihaz, elektrik kesildiğinde kapanıyor. Cihazların akülerinin yerleri ile depisyonu gerekiyor.

TEKNİSYEN (KAŞE - İMZA)

Ömer DOĞANAY
ECE Teknik Servis
A. Bölge
Servis Teknisyeni

KURUM YETKİLİLERİ (KAŞE - İMZA)