



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SATINALMA TALEP FORMU

Döküman No	AEAH.KYS.FR.001
Yayın Tarihi	03.02.2010
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	08.11.2012
Sayfa No	1/1

TALEP EDEN BÖLÜM			ODYOLOJİ			TARİH-NO		10.12.2015 / 3645		
Sıra No	SUT Kodu	Bütçe Kodu	Malzeme Listesi	Miktar	Birim	Depo Stok Miktarı	Kullanım Süresi	Bir önceki Yıl Tüketim Miktarı	Son Alım Fiyatı	
1		740 1 13	MK 68036 TİMPANOMETRE ELEKTRONİK KART	1	Adet	0				

Not :Lütfen aynı form üzerinde 10 kaleminden fazla ve konu itibariyle farklı olan talepte bulunmayınız.
Yukarıda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu olduğu ihtiyaçtan fazla talep edilmediği,fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu , hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ	Piyasa Araş.Görevlileri/...../20.....
TİMPANOMETRE CİHAZININ SERVİS BAHALESİNE RAĞMEN ÇALIŞMAMASI ...DENİYLE GÖNDERİLDİĞİ FİRMADAN ANAKARTIN YANDIĞI VE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ BİLGİSİNİN ALINMASI		Klinik/Bölüm Sorumlusu DOÇ.DR. TOĞAY MÜDERRİS EĞİTİM GÖREVLİSİ K.B.B. Birim Doç.Dr. TOĞAY MÜDERRİS Dip No:2002-1771 Tescil No:2227

*Lütfen Kabul edilebilir gerekçenizi yazınız.

DEPO GÖRÜŞÜ	MKYS KONTROL/...../20.....
Depo mevcudu yoktur		Depo Yetkilisinin İmza-Kaşe Hakan Karakocaoğlu
TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖRÜŞÜ	/...../20.....

İhtiyacın Temin Yöntemi	İHALE	/...../20..... Yukarıdaki Talebin satın alması hususunu onaylarınıza uygun görüşte arz ederim. İdari ve Mali İşler Müdürü/...../20..... UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR Doç. Dr. Murat AKÇAY Hastane Yöneticisi
	DOĞRUDAN TEMİN	DiĞER (3-e)		

16.12.2015

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Konu: Timpanometri Cihazı

TEKNİK RAPOR

Hastane Odyoloji Kliniğinde kullanılmakta olan Interacoustics marka AT235h model 692713 seri numaralı Timpanometri cihazı arızalıdır. Cihaz "leaking" mesajı veriyor , Tymp çizmiyor , hava pompası düzgün çalışmıyor. Cihazın tamiri tarafımızca mümkün olmadığından dolayı tamir ettirilmesi gerekmektedir.

Durum bildirir teknik rapordur.

Biyomedikal Teknisyeni

İlker ŞAHİN

Biyomedikal Teknikeri

Barış YILDIZ

Biyomedikal Mühendisi

Erhan BAYSAL

ATATÜRK E.A.H.

GELEN

TEKNİK RAPOR

GOZDE DERELİ

16-12-2015 14:46:00 / 18561

TİMPANOMETRİ CİHAZI FK

Gözetim
Gözde Dereli
Gözetim