

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara ili 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Bey pazarı Devlet Hastanesi

HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SİTRİK ASİT SIVI 5 LT
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kan ve kireç çözücü özellikte olmalıdır.
- 2.Ürün oranında sitrik asit ve/veya laktik asit,malik asit gibi diğer karboksilli asitler ile tampon madde içermelidir.
- 3.Bakterisid fungusid ve virusid,sporosid özellikte olmalıdır.
- 4.Marka ayrımı olmadan tüm hemodiyaliz cihazlarının dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır.
5. 5 Litrelik ambalajlarda bulunmalıdır.
- 6.Çözelti,berrak,kendisine has kokulu ve akışkan olmalı,çökelti bulunmamalıdır.
- 7.Ürünün hemodiyaliz cihazlarının ilgili ve temas eden parçalarına zararlı etkisi olmamalıdır.

Banning

Hetice TURDAKUL
AS