



# RENDER®

MEDİKAL BİYOMEDİKAL VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ  
İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Ostım Ayyıldız Sanayi Sitesi 1141 Sk. No: 7 Yenimahalle/ANKARA  
Tel: 0312 276 98 85 Faks: 0312 276 98 86  
Ticaret Sicil No: Ankara 286595 Ostım V.D. 734 064 3681  
info@rendermedikal.com www.rendermedikal.com



ISO 9001-2008



TAEK YATIRIM ENERJİ KURUMU



T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

- \* Radyoloji Ürünleri
- \* Biyomedikal Hizmetleri
- \* Teknik Servis Hizmetleri



**Acil Arıza Bildirimi**  
0536 250 62 16  
0535 332 08 08

Servis Başlama Tarih: 03 / 02 / 2016 Servis Başlama Saati: 09:00 Servis Bitiş Tarihi: 03 / 02 / 2016 Servis Bitiş Saati: 10:00

SERVIS FORMU	Kurum Adı: Kızılcakhamam Devlet Hastanesi	Cihaz: Cihazın radyasyon film banyosu
	Birimi: Radyasyon Servisi	Markası: Protek Model: .....
		Seri No: C2 Sıra No: 000757
		Künye No: .....

### SERVİS TÜRÜ

Garanti İçi ☐ Garanti Dışı ☐ Sözleşmeli ☐ Teslimat ☐ Arıza ☒ Eğitim ☐ Bakım ☐

Sorun: Cihazın film banyosu çalışmıyor. Cihazdan sesler geliyor.

**YAPILAN İŞLEM:** Yapılan kontrollerde kucukluce belirlenende bulunan merdanelerin ve dişlerin değişime uğratıldı. Ayrıca film banyosu motoru mekanik kuruma yöntemiyle çalıştırıldı. Arıza verildikten sonra ağız banyosu banyo verildi.

### KULLANILAN YEDEK PARÇA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### GEREKLİ YEDEK PARÇA

Kucukluce merdane 5 Ad.  
Dişler 10 Ad.

### Firma Teknik Elemanı

Adı ve Soyadı: Mustafa Çetel  
Önvanı: .....

### Bölüm Sorumlusu

Adı ve Soyadı: .....

### Kurum Sorumlusu

Adı ve Soyadı: .....