

SATINALMA BİRİMİ

SU ARITMA ÜNİTESİ FİLTRESİ ENDOTOKSİN

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAKGENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojieahdogrudantemin@gmail.comSON TEKLİF VERME TARİHİ: 04/11/2016
SAAT: 12:00NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1





Birim : BİO MEDİKAL STOĞU 1



Talep Tarihi / No : 22/09/2016... /

1156

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-03-03	SU ARITMA ÜNİTESİ FİLTRESİ ENDOTOKSİN	YOK	1	ADET

Künye No: 1008216308

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTENEMİZ DİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN HERCO MARKA,U0400RS / COVER MODEL TERS EÇİŞİM / REVERSE OSMİSİS MODÜLER SU ARITMA SİSTEMİ İÇİN 27. MADDE YÖNETMELİĞİ İÇİN EREKMEKTEDİR. / / 20....	 Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Diyaliz Hemşiresi Ankara Onkoloji Hastanesi
 / / 20....	 Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Diyaliz Hemşiresi Ankara Onkoloji Hastanesi
 / / 20....	 Klinik İdari Sorumlusu Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Gazi BÜYÜKYILDIRIM Elektrik - Elektronik Mühendisi
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		 Kaşe / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü 
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

BAKTERİ – ENDOTOKSİN ULTRA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyaliz bölümünde bulunan HERCO Marka, U0400RS / COVER Model Ters Geçişim / Reverse Osmosis Modüler Su Arıtma Cihazında kullanılmak üzere Bakteri – Endotoksin Ultra Filtre alımı teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1. Hemodiyaliz ünitesinde kullanılan, merkezi su arıtma ünitesinde saflaştırılan suyun bakteri ve endotoksinini temizlemek için kullanılacak bakteri ve endotoksin filtresi olmalıdır.
- 2.2. Kapasitesi en az 10 makinelik ve en az 400 Litre/saat saf su üretimi yapabilen su arıtma ünitesine uygun bakteri ve endotoksin filtresi olmalıdır.
- 2.3. Hemodiyaliz ünitesi su arıtma ünitesi tarafından üretilen saf suda olabilecek bakteri ve endotoksinleri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri ve Avrupa Farmakopesindeki seviyelerin altına düşürülebilecek nitelikte olmalıdır.
- 2.4. Ultrafiltre yapacak membran insan vücudunda meydana getirmeyen maddeden (örneğin Polietersulfon, Polisulfon) imal edilmiş olmalı; Membranın gözenek çapı en az 10kDa olmalı ve maksimum 40kDa'ını geçmemelidir. Membran yüzey alanı teklifte belirtilecektir. Membranın gözenek çapı teklifte belirtilecektir.
- 2.5. Filtrenin giriş ve çıkışlarında basınç ayarlayıcı ve ölçer manometreler olmalıdır.
- 2.6. Bakteri ve Endotoksin Filtresinin teknik özelliklerini, Türkçe veya İngilizce ayrıntılı yazan tanıtım katalogu , teklif verilmesi sırasında verilmelidir.
- 2.7. Bakteri ve Endotoksin Filtresi orijinal ambalajında, hiç kullanılmamış olmalıdır.
- 2.8. Bakteri ve endotoksin filtre ömrü ve değiştirme aralığı teklifte ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
- 2.9. Endotoksin filtresini Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji eğitim ve araştırma hastanesi hemodiyaliz ünitesi merkezi su arıtma ünitesine ücretsiz olarak monte ederek çalışır vaziyette teslim edecektir. Monte işlemi sırasında kullanılacak basınç ayarlayıcı ve takip monitorları ücretsiz temin edilecektir.
- 2.10. Filtre en geç 15 (onbeş) gün içinde çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 2.11. İdare; bakteri ve endotoksin filtresi hemodiyaliz merkezine montajını yaptıktan sonra filtrenin doğru çalıştığını göstermek için su örneği alınarak tetkik yaptırılacaktır. Tetkik işleminin sonucuna göre muayene ve kabul işlemleri yapılacaktır.

3. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE :

- 3.1. Bakteri ve endotoksin filtresinin her türlü malzemesi ve fonksiyonu açısından garanti süresi teklifte belirtilmelidir. Garanti süresi teklifte belirtilmelidir. Garanti süresi içinde üretim hataları nedeniyle veya malzeme kalitesi ve bunun gibi nedenlerle fonksiyonlarını yerine getiremeyen bakteri ve endotoksin filtresi hiç kullanılmamış, aynı özellikte ve markada orijinali ile ücretsiz olarak değiştirilir.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.

T. C. S. B.
DR. A.Y. ANK. ONK. Eğt. ve Arş. Hec...
Uzm. Dr. Cüneyt YÜKSEL
İç Hast. ve Nefroloji Uzmanı
Dip. No : 20... Tescil No : 51138/727...

Serpil KAYA
Hemşire

Edim Öz
Teknisyen
Ankara Onkoloji Hastanesi