



T.C. Sağlık Bakanlığı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi

**THERA-TRAINER MARKA BALANCE TRAINER MODEL DİKDURMA SEHPASI,
AYAKTA DURMA SEHPASI MODÜLER YETİŞKİN HASTA CİHAZININ YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU

Bu teknik şartname, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde bulunan THERA-TRAINER marka BALANCE TRAINER model Dikdurma Sehpa, Ayakta Durma Sehpa Modüler Yetişkin Hasta Cihazının arızasının giderilmesi için ihtiyaç duyulan “Ayakta Durma Sehpa Hareket ve Denge Sensörü” yedek parçasının teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. GENEL HUSULAR

2.1. Tanımlar

2.1.1. **Ana Malzeme (Cihaz):** İhale Dokümanında tanıtıcı bilgisi bulunan, idarenin envanterinde mevcut, müstakil olarak tek başına bir hizmet yapabilen, donanım, ekipman veya bunların bileşimi olan, satın alınacak yedek parçanın, yardımcı ve sarf malzemenin kullanılacağı envanterde mevcut komple kombine malzemedir.

2.1.2. **Yedek parça :** İhale Dokümanında tanıtıcı bilgisi bulunan ve ana malzemede bakım, onarım veya değiştirme yapmak amacıyla kullanılan parçadır.

2.1.3. Bundan sonraki maddelerde 253-03-08-241001557 MKYS kodlu, 1011398391 künye numaralı THERA-TRAINER marka BALANCE TRAINER model Dikdurma Sehpa, Ayakta Durma Sehpa Modüler Yetişkin Hasta cihazı için “**Cihaz**”, 253-03-08-241001557 MKYS kodlu Ayakta Durma Sehpa Hareket ve Denge Sensörü” için ise “**Yedek Parça**” kısaltmaları kullanılacaktır.

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1. Teknik İstekler

3.1.1. Yedek Parça; Cihazın onarımı için kullanılacak ve idare tarafından montajı yapılacaktır.

3.1.2. Yedek Parçanın; MKYS kodu, adı, numarası ve miktarı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

MKYS KODU	YEDEK PARÇANIN ADI	MİKTARI
150-13-02-01-240037975	Ayakta Durma Sehpa Hareket ve Denge Sensörü	1 (bir) ADET

3.1.3. Yedek parça (Ayakta Durma Sehpa Hareket ve Denge Sensörü); 253-03-08-241001557 envanter no.lu THERA-TRAINER marka BALANCE TRAINER model Dikdurma Sehpa, Ayakta Durma Sehpa Modüler Yetişkin Hasta cihazına uyumlu olacaktır.

3.1.4. Yedek parça, Cihazın yazılımıyla uygun şekilde kullanılabilir.

3.1.5. Yedek parça özel bluetooth aparatı ile kablosuz olarak Cihaz ile bağlantı kurabilecektir.

3.1.6. Yedek parça; plastik kaplı, şarj edilebilen lityum iyon bataryaya sahip olacaktır.

3.1.7. Yedek parça; 7.5cm×5.5cm×2.5cm ölçülerinde olacaktır.

- 3.1.8. Yedek parçanın, Cihaz ile uyumlu olarak çalışabilmesi için gerekli olabilecek her türlü alet, araç, gereç, aparat, modül ve aksesuar (kablo vb.) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
- 3.1.9. İhtiyaç duyulması halinde idare tarafından montajı yapılan yedek parça için cihazın kalibrasyon ayarları yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 3.1.10. Yedek parçanın Cihaza montajından sonra Cihazın fonksiyonlarını yerine getirmesinde, çalışmasında, amacına yönelik kullanımında ve performansında azalma olmayacaktır.
- 3.1.11. Yedek parça, Cihazın orijinal parçası olacak ve kullanılmış/yenileştirilmiş olmayacaktır.
- 3.1.12. Yedek parçalar, her türlü işçilik ve imalat hatalarına karşı en az 6 (altı) ay garantili olacaktır. Bu husus, Yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
- 3.1.13. Garanti süresi içinde arızalanan yedek parçanın onarımı mümkün olmadığı takdirde en geç 10 (on) gün içinde Yüklenici tarafından hiçbir ihtar gerek kalmaksızın yenisi ile değiştirilecektir.
- 3.1.14. Yedek parçanın takılacağı Cihaz istekliler tarafından ihale öncesi görülebilecektir.

3.2. Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

- 3.2.1. Gümrükte ambalajının açılması durumu hariç, malzemenin ambalajı idarenin muayene ve kabul komisyonu huzurunda açılacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

- 4.1. Denetim ve muayeneler için numune alma işlemleri, yürürlükte olan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

5. DENETİM VE MUAYENE

5.1. Genel Hususlar

- 5.1.1. Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Mal alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.
- 5.1.2. Malzemenin tanıtıcı bilgisinde yer alan stok numarası ve/veya parça numarasının değiştirilmiş olması veya alımı yapılacak malzeme yerine aynı amaçlı başka bir formda parçanın kullanımına geçilmesi halinde, yüklenicinin bu hususu taahhüt etmesi ve teknik şartnamenin istek ve özellikler bölümünde yer alan hususları karşılaması durumunda malzeme, uygun olarak kabul edilecektir.


5.2. Denetim ve Muayene Metotları

- 5.2.1. Test ve analiz gereken hususların muayenesi, ana malzemenin servis kitabında yer alan metotlara göre yapılacaktır.

6. EKLER

- 6.1. Yoktur.

HAZIRLAYAN


Çetin ATAY
Elk.Elkt.Müh.
Klinik Mühendislik Birimi