

#### 4040 Membran Şartnamesi.

1. Herco Reverse Osmosis sistemindeki housinge uygun ölçüde olmalıdır.
2. Herco Su sistemindeki pompa basıncına uygun yapıda olmalıdır.
3. Housinge uygun alt ve üst brine sızdırmazlık contaları bulunmalıdır.
4. Sudaki iyonları %99-99.3 arasında süzme özelliği olmalıdır.
5. Membrana giden suyun ısısı 3-45C arasında olmalıdır.
6. 500 ppm Nacl giriş suyu özelliğinde %99.2 arıtma özelliği olmalıdır.
7. Spiral Wound özellikte olmalıdır.
8. Membrana giren suyun pH'ı 3 ila 10 arasında olmalıdır.
9. Kimyasal temizlenme özelliğine sahip olmalıdır.
- 10.ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.
- 11.Membran yapısı composite polyamid olmalıdır.
- 12.Ölçüleri uçtan uca 101.6 cm çapı 10.03 olmalıdır. Ağırlığı ortalama 3.6 Kg. olmalıdır. Housing giriş çapı 19.1 cm olmalıdır.
- 13.Herco'nun Türkiye Tek distribütörü tarafından uygun görüldüğü takdirde bağlanacaktır.

M. Ali Batman



BEYPAZARI SEVLET HASTANESİ  
Hem. Serv. / TÜRKÜOĞLU  
Sıra No: 43468  
Diyaliz Sertifikası No: 4344

**HASTANE ADI:** *BEYPAZARI DEV. HAST.*  
*DIYALİZ ÜNİTESİ*

**SİSTEM KAPASİTESİ:** *40 350 DS*

**TARİH:** *17.11.2016*

<b>FİLTRE - CLEER</b> (Kum Filtresi)	Giriş Basiç	Çıkış Basiç	Ref. Değeri
<b>SOFTENER</b> (Yumuşatıcı)	Giriş Su Sertliği	Çıkış Su Sertliği	Ref. Değeri
<b>TUZ TANKI VE ŞAMANDIRA</b>			
<b>CULLAR</b> (Aktif Karbon Filtre)	Giriş Cl.	Çıkış Cl.	Ref. Değeri
<b>REVERSE OSMOSIS</b>	<i>D.O. Cihazının Membranları yenileri ile değiştirilmiştir.</i>		
<b>RESİRKÜLASYON POMPASI</b>	LİMİTRON		
<b>YEDEK PARÇA</b>	<i>1-2 D.O. Membran 4040 2A1.</i>		
<b>AÇIKLAMALAR ve TAVSİYELER</b>	<i>Yukarıda belirtilen malzemeler yenileri ile değiştirilmiştir.</i>		
<b>FİRMA TEKNİSYENİ</b>	<b>HASTANE TEKNİSYENİ</b>	<b>SORUMLU DOKTOR</b>	<b>ONAY</b>

**BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ**  
Hemşire BAĞI TURKOĞLU  
Diyaliz Sertifikası No:4344

**İNOTEK**  
TEKİR  
DEMİRÇAN  
SUNUŞ