

PİYASA BİRİM FİYAT ARAŞTIRMASI

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı,Adresi	: BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Telefon-Faks No	: 0 312 763 0775 Dahili :1222-1221 Faks : 0 312 763 13 20
İlgili Personellerin Adı Soyadı ,Ünvanı	: İbrahim ARTAN -İdari ve Mali İşl. Müd.Yrd. : Eyüp ÜÇER-Vhki, Yücel AYDOĞDU-Tıbbi Sekreter.

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idareimizce **4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. Maddesine göre** satın alınacak olup, fiyat teklifinizi en geç 24 saat içinde idareimize vermenizi rica ederim.

Mal/İş Alım Görevlisi
İbrahim ARTAN
İdari ve Mali İşl. Müd.Yrd.

MAL/İŞ'E AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1	Malzemeler standartlara uygun TSE veya dengi kuruluşlar tarafından belgeli/Garanti kapsamında olacaktır.
2	Teklif verilecek tüm ürünlerin markası mutlaka belirtilecektir.
3	Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.
4	Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü olacaktır.
5	En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek toplam teklif esas alınacaktır.
6	Mal/İş idareye 3 (Üç) Takvim gününde teslim edilecektir.
7	İstenilen ürünün özellik ve birimine tam uygun özellikte ve birimde fiyat verilmelidir.
8	Mal/İş idarece denetim,muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.
9	İdare Mal/İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
10	Teklif Mektubu,okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad,Soyad veya Ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
11	Yüklenici ile idare sözleşme imzalayacaktır / imzalamayacaktır.(Noter Onaysız)
12	Firmalarca ekteki teknik şartnameye uygun teklif verilecek olup, teknik şartnameden ve teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Beypazarı Mahkemesinde; 4734 Sayılı Kanun Hükümleri dahilinde çözümlenir.
13	İstekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını ve teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte belgeleyeceklerdir. Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösteren barkod numaraları belirtilecektir.

SATIN ALINACAK MAL/İŞ

S.No	MALZEME ADI	MİKTARI		TEKLİF EDİLEN	
				BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYAT
1	HEMODİYALİZ CİHAZI DİYALİZ SUYU ANALİZ KİTİ KOLORİMETREİK-TİTRİMETRİK	1	ADET		
2	SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI KARTUŞ FİLTRESİ	10	ADET		
3	SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA	1	ADET		
4	SERBEST KLOR TABLETİ	500	ADET		
TOPLAM					

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI'NE

İhale şartlarını okudum ve kabul ediyorum. İhale konusu için tamamı için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimi KDV hariç
..... TL. (Yalnız TL. olup , teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih .../.../2016

AD SOYAD/UNVAN KAŞE

İMZA

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi



SERBEST KLOR ÖLÇÜM TABLETİ

SERBEST KLOR ÖLÇÜM TABLETİ

1. Tablet Dpd No.1 Olacak
2. 10 MI Numunede Ölçüm Yapacak
3. 10 'Lu Blister Ablajlı Olacak
4. Üretim Tarihi 2016 Olacak

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
MAVİT EROĞLU
TKKY

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara ili 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

HEMODİYALİZ SU ARITMA SİSTEMİ YEDEK PARÇA VE SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

UV LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. LAMBA TROJANUVMAX C/D SİSTEMİYLE UYUMLU OLMALI
2. YEDEK PARÇA ORJİNAL OLMALIDIR
3. 4 PİNLİ ,MİN 40WATT , 40.5CM OLMALI
4. UV LAMBASI BİR UCU KAPALI OLMALI
5. 9000 SAAT ÖMRÜ OLMALIDIR.
6. ÜRÜN MİN 2.3M3/H DEBİYE SAHİP OLMALIDIR.
7. 230AC VOLT 50/60HZ DE ÇALIŞMALIDIR.
8. 4°C - 40°C SU SICAKLIĞINDA VE 125 PSI (862 kPa) BASINÇTA ÇALIŞMALI

PARTİKÜL FİLTRE KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.FİLTRELER %100 POLİYPROPLENE'DEN YAPILMIŞ OLACAK.
- 2.FİLTRE PARTİKÜL BOYUTU 5 MİKRON OLACAK
- 3.FİLTRE UZUNLUĞU 10 İNCH OLACAK.
- 4.+4/+90 DERECEDE 7 BARLIK BASINÇTA KUM,KİL,ÇAMUR PETROL ATIĞINI ÇOK İYİ ŞEKİLDE TEMİZLEYECEK.
- 5.AYRIŞIP SUYA KARIŞABİLECEK HİÇ BİR APRELENMİŞ MADDE,ISLATMA MADDESİ,YÜZEY AKTİF MADDESİ, KİMYASAL BAĞ VEYA DİĞER MATERYALLERİ İÇERMEMEYECİK
- 6.ÜRÜNE AİT CE,FDA ISO KALİTE VE İTHAL İZİN BELGELERİ OLACAK.
- 7.SİSTEMDE KULLANILAN HAUSİNGE TAM UYMALI

TOPLAM SERTLİK ANALİZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.TİTRASYON ÇÖZELTİSİ OLACA.
- 2.TEK SOLİSYONLU OLACAK
- 3.10ML NUMUNE KABI OLACAK
- 4.DAMLALIKLI OLACAK
5. 1 DAMLA TİTRASYON ÇÖZELTİSİ 1 Dh(ALMAN SERTLİĞİ) EŞİT OLACAK
5. ÜRETİM TARİHİ 2016 YILI OLACAK

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Beyhan ÇİÇEK
Tarih: 01.08.2016
Sicil No: 111007

Beypazarı Devlet Hastanesi
Fikret KÖKÇE
Teknisyen
Sicil No: 111007