


DİŞ ÜNİT TABLA ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ön Yüz Emici Özelliği Olan Kâğıt olmalı
2. Arka Yüz Sıvı Geçirmez PE Film Kaplama olmalı
3. Rulo Eni en az 20 cm olmalı
4. Yaprak Ölçüsü: 30 x 40 cm'den perfore olmalı
5. Yaprak Miktarı en az Ruloda 100 Adet olmalı
6. Orijinal ambalajında olmalı ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı,
7. Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az (2) iki yıllık raf ömrü olmalı.
8. Kullanım amacına uygun olmalı.
9. Orijinal ambalajında 1 (bir) adet ürün numunesi teslim edilmelidir.

Selma Barlas

Hemşire



Merve Şahin

Diş Hekimi

