


GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
12 VOLT 7 AMPER KURU BAKIMSIZ AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 12 VOLT 7 AMPER KURU BAKIMSIZ AKÜ

- 1.1. Akü 12 Volt 7 Amper güç özelliklerinde olacaktır.
- 1.2. Akü Dikdörtgen şeklinde olacaktır.
- 1.3. Akü kuru tip ve bakımsız olmalıdır.
- 1.4. TSE belgeli olmalıdır.
- 1.5. Yatay ve düşey kullanıma uygun olmalıdır.
- 1.6. Tıbbi cihazlarda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 1.7. Akü boyutları (Boy x Genişlik x En) 150 mm x 65 mm x 95mm ölçülerinde olmalıdır.



Ahmet KAYMAK
Ameliyathane Teknikeri



Özgür TARHAN
Anestezi Teknikeri



Gökhan DEMİREL
Anestezi Uzmanı