

43- Cihazlar en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti; teklif veren istekli ve ithalatçı veya üretici tarafından ayrı ayrı verilecektir. Bu konu ile ilgili belgeler teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdahale edecek ve en çok 10 gün içinde bütün fonksiyonları ile çalışacak veya yeni cihaz getirilecektir. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacaktır.

45-Satıcı firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgeleyen belgeyi teknik şartnameye uygunluk belgesi ile sunacaktır. (teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları vb.)

44-Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamalıdır.

45-Bu belgeler teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunulacaktır.

46-Cihazla ilgili olarak yüklenici firma çalışan görevli personele eğitim verecektir.


Metin KURTOĞLU
Biyolog


Nur ALTAY
Lab.Tkn.


Gülin RODOPLU
Mikrobiyoloji Uzmanı