

3.2.9.4. Üretici tarafından denenmek üzere gönderilenler dışında kalan arızalı veya kullanılmış yedek parçalar ve aksesuarlar Cihaz'da denenmeyecek ve monte edilmeyecektir.

3.2.9.5. Cihaz'da mesai saatleri dışında da çalışılacaksa, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nöbetçi Heyetinden izin alınacaktır.

3.2.9.6. Bakım, onarım ve kalibrasyon/ayar hizmeti sırasında hasta ve kullanıcının emniyeti ile ilgili koruma ve alarm devrelerinin devre dışı bırakılması sonucu ortaya çıkabilecek Kaza ve Hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

3.2.9.7. Cihazın üreticisinin gönderdiği zorunlu güncelleme ve modifikasyonların uygulanması sırasında oluşabilecek Kaza ve Hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

3.2.9.8. Müdahale başlangıcından itibaren Cihaz İdare'ye teslim edilinceye kadar geçen sürede Cihaz'da meydana gelebilecek Kaza ve Hasar'lardan Yüklenici sorumludur.

3.2.10. Müdahale ile ilgili hususlar alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

3.2.10.1. Herhangi bir nedenle İdare'nin konuşlandığı binalara girişlerin yasaklanması veya Cihaz'ın Yüklenici'ye teslim edilememesi durumunda Müdahale süresi otomatik olarak uzar ve bu durum kayda geçirilir.

3.2.10.2. Müdahale süresi, Bildirim anından itibaren başlayacaktır. İlk Müdahale süresi en fazla 8 (sekiz) saattir. Müdahale süresinin aşılması durumunda geçen her bir saat için günlük ücretin %10'u (yüzde on) kadar ceza kesilir.

3.2.10.3. Yüklenici, 3.2.6.3, 3.2.7.5, 3.2.10.2, 3.2.11.7 ve 3.2.14.13. maddelerinde bahsedilen aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirmesi durumunda; öngörülen cezalar uygulanmakla beraber, 4735 sayılı Kanun'un 20. maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın İdare sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

3.2.10.4. Cihaz'a müdahale edeceği planlanan Yüklenicinin teknik elemanlarına ait kimlik bilgileri yazılı olarak İdare'ye bildirecektir. Değişiklikler sözleşme süresince sürekli olarak Yüklenici tarafından güncelleştirilecektir.

3.2.10.5. Giriş ve çıkışlarda ortaya çıkabilecek sorunları önlemek ve müdahale süresini azaltabilmek amacıyla İdare'nin ilgili birimine başvurarak giriş kartı almak Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

3.2.11. Bakım ile ilgili hususlar alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

3.2.11.1. Yüklenici, Bakım ve Kalibrasyon/Ayar yapacağı tarihleri ve yapacağı işlemleri Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk 5 (beş) takvim günü içinde İdare'nin onayına sunacaktır.

3.2.11.2. İki Bakım arasında süre 90 (doksan) +/- 7 (yedi) takvim gününü geçmeyecektir.

3.2.11.3. Eğitim ihtiyaçları, Yüklenici elemanlarınca Bakım esnasında karşılanacaktır.

3.2.11.4. Cihaz, sözleşme süresi sonunda bakımı yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

3.2.11.5. Bakım esnasında Yüklenici tarafından tespit edilen Altyapı ile ilgili sorunlar İdare'ye yazılı olarak bildirilecektir. Söz konusu alt yapı sorunu İdare tarafından giderilecektir.

3.2.11.6. Kalibrasyon/Ayar ve Bakım programı Yüklenici tarafından dokümantere edilecektir.

3.2.11.7. Yüklenici, Bakım işlemlerini en fazla 2 (iki) gün içinde bitirecektir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda geçen her gün için günlük ücretin 2 (iki) katı kadar ceza kesilir.

3.2.11.8. Arızalı yedek parçalardan çevresel tehlike arz edenler İdare'ye yazılı olarak bildirilecektir.

3.2.11.9. İdare tarafından kesilecek cezaların toplam miktarı, kesinlikle işe ait hizmet alım sözleşme bedelinin %30'unu (yüzde otuzunu) geçmeyecektir.

3.2.11.10. Yüklenici, Cihaz mahallinde bulunan bakım-onarım-ayar teçhizatından önceden izin alması ve olası bir hasarın kendisi tarafından karşılanması koşuluyla yararlanabilecektir.

3.2.11.11. Yüklenici, Cihaz mahallinde bakım-onarım-ayar işlemleri yaparken mevcut su ve elektrikten ücretsiz olarak yararlanılabilecektir.