

SATINALMA BİRİMİ

DÜŞÜK SEVİYE P1E20 SOK DALGASI TERAPİ  
SİSTEMİ ALIMI

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

**A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:**

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi olarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

**B- DİĞER HUSUSLAR:**

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN  
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068  
FAX: (0312) 3464361-3352625  
MAIL : onkolojiyahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 08.09./2016

SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER  
DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No :

1 / 1

Birim : BİO MEDİKAL STOĞU 1

Talep Tarihi / No : 09/08/2016... /

1040

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA / MAL ALIMI DAHİL, İSTİSNA PARÇALAR DAHİL ) DÜŞÜK SEVİYE PIEZO ELEKTRİK ŞOK DALGASI TERAPİ SİSTEMİ (LL ESWT)			
			YOK	1	ADET

Künye No: 1008102456

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ FİZİK TEDAVİ BİRİMİNDE BULUNAN EMS MARKA, SWISS DOLOR CLAST MASTER MODEL ESWT CİHAZININ ARIZASININ GİDERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKMEKTEDİR.	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu <b>Subutay BALASAR</b> Teknisyen Ankara Onkoloji Hastanesi Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu
	..... / ..... / 20....	Dr. Klinik İdari Sorumlusu Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Gazi BÜYÜKYILDIRIM Elektrik - Elektronik Mühendisi
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	..... / ..... / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR.	..... / ..... / 20....	Hastane Yöneticisi

**ARIZA BİLDİRİM FORMU**

BİRİM :	FİZİK TEDAVİ ANA BİRİMİ	ADI SOYADI :	FİLİZ ÜNVER
TELEFON NO :	4868	ÜNVANI :	FİZYOTERAPİST
TARİH / SAAT :	04/08/2016	İMZA :	

CİHAZ		AKSESUAR	
ADI :	ESWT / RSWT / ŞOK DALGASI TERAPİSİ,DÜŞÜK...		
MARKASI :	EMS		
MODELİ :	SWISS DOLOR CLAST MASTER		
CİHAZ NO :	DY00584	KÜNYE NO :	1008102456
GARANTİ :	GARANTİ DIŞI		

TALEBİN AÇIKLAMASI	
SWT CİHAZININ BAŞLIĞININ ATIM SAYISI TÜKENMİŞTİR.YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR.	

ONARIM BİLGİLERİ		Görevli Personel	İMZA
BAŞLAMA TARİHİ :	04/08/2016	YAŞAR COŞAN	
BITİŞ TARİHİ :			
TAMİRAT ŞEKLİ :	Hastane dışı Tamirat	Görevli Amir	İMZA
ARIZA DETAY :		MEHMET GAZİ BÜYÜKYILDIRIM	

SONUÇ : CİHAZIN ARIZASININ GİDERİLEBİLMESİ İÇİN ATIM SAYISI SIFIRLANIP GÜNCELLENMESİ GEREKMEKTE OLUP EKRANIN TAMİR EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.				
SORUN GİDERİLDİ <input type="checkbox"/>	GARANTİYE GÖNDERİLDİ <input type="checkbox"/>	SORUN GİDERİLEMEDİ <input type="checkbox"/>	DEVAM EDİYOR <input type="checkbox"/>	PARÇA BEKLENİYOR <input checked="" type="checkbox"/>