

SATINALMA BİRİMİ

BIOMEDİKAL ONARIM HİZMETİ (EKG CİHAZI 12 KANAL  
YAZICI ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ VE YORUMLU)

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

**A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:**

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

**B- DİĞER HUSUSLAR:**

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN  
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068  
FAX: (0312) 3464361-3352625  
MAIL : onkolojiاهدogrudentemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 30.06./2016  
SAAT: 10.00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : BIO MEDİKAL STOĞU 1

Talep Tarihi / No : 01/06/2016... /

754

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA / MAL ALIMI DAHİL, İSTİSNA PARÇALAR DAHİL )			
		EKG CİHAZI 12 KANAL YAZICI ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ VE YORUMLU	YOK	1	ADET

Künye No: 1007972205

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KASE İMZA
HASTANEMİZ ACİL SERVİSİNDE BULUNAN NİHON KOHDEN MARKA, ECG-1250K MODEL EKG CİHAZININ TAMİRATI GEREKMEKTEDİR.	.... / .... / 20....	<b>Subutay BALASAR</b> Teknisyen Ankara Onkoloji Hastanesi
	.... / .... / 20....	<b>MUSTAFA H. CÖKALP</b> Stok Takip Klinik / Birim Sağlık Sorumlusu
	.... / .... / 20....	<b>Dr. Abdurrahman Yurtaslan</b> Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Gazi BÜYÜKYILDIRIM Elektrik - Elektronik Mühendisi
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kase İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	.... / .... / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR.	.... / .... / 20....	Hastane Yöneticisi



**ARIZA BİLDİRİM FORMU**

BİRİM :	ACİL POLİKLİNİĞİ	ADI SOYADI :	EZGİ SARI
TELEFON NO :	4606	ÜNVANI :	HEMŞİRE (4 YILLIK - LİSANS)
TARİH / SAAT :	18/04/2016	İMZA :	

CİHAZ		AKSESUAR	
ADI :	EKG CİHAZI 12 KANAL YAZICI ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ...		
MARKASI :	NİHON KOHDEN		
MODELİ :	ECG-1250K		
CİHAZ NO :	08024	KÜNYE NO :	1007972205
GARANTİ :	GARANTİ DIŞI		

TALEBİN AÇIKLAMASI	
V5 ÇALIŞMIYOR VE ŞARJ OLMAMAKTADIR BİLGİLERİNİZE RICA OLUNUR.	

ONARIM BİLGİLERİ		Görevli Personel	İMZA
BAŞLAMA TARİHİ :	18/04/2016	OSMAN DEMİR	Osman DEMİR Elektronik Teknikeri Ankara Onkoloji Hastanesi
BİTİŞ TARİHİ :	18/04/2016		
TAMİRAT ŞEKLİ :		Görevli Amir	İMZA
ARIZA DETAY :		MEHMET GAZİ BÜYÜKYILDIRIM	Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Gazi BÜYÜKYILDIRIM Elektrik - Elektronik Mühendisi

UÇ : CİHAZDA GÜÇ KAYNAĞI ARIZASI BULUNMAKTADIR. HASTANE İMKANLARIYLA CİHAZININ ARIZASININ GİDERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.			
SORUN GİDERİLDİ <input type="checkbox"/>	GARANTİYE GÖNDERİLDİ <input type="checkbox"/>	SORUN GİDERİLEMEDİ <input type="checkbox"/>	DEVAM EDİYOR <input type="checkbox"/>
			PARÇA BEKLENİYOR <input checked="" type="checkbox"/>