

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (BUTONLU) LED IŞIKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- .Klinik mikromotorun üzerinde üretildiği ülke adı,markası,modeli,üretici firmanın adı ve logosu,seri numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalı.
- .Çalışma hızı minimum 5000-7000 rpm,maxsimum 20.000-27.000 rpm olmalıdır.
- .Mikromotorun devir ve sağ-sol ayarı üzerinden yapılabilmelidir.
- .Ses seviyesi 65-70 db ses aralığında çalışabilmelidir.
- .2,2-4,0 bar basınç arasında çalışabilmelidir.
- .İntermal soğutma sistemi olmalıdır.
- .135 C'de otoklavda steril edilebilir olmalıdır.
- .Ağırlığı en çok 90 gr olmalıdır.
- .İki delikli Borden bağlantılı olmalıdır.
- .Micromotor içten sulu olmalıdır.
- .Cihaz orijinal ambalajında olmalıdır.
- .Micromotor gövdesi mevcut ünit çıkışları,piyasemen ve anguldurvalar ile uyumlu olmalıdır.
- .Hava,su rekor bağlantı kısmı alüminyum ya da benzeri kolay aşınabilir materyalden yapılmış olmamalıdır.
- .Micromotorun üzerinde,anguldurva veya piyasemen için multiflex kilit sistemine sahip olmalıdır.
- .Ezilme ve düşmeden doğan arızaların dışında,2 (iki) yıl garantisi bulunmalı ve garanti belgesinde Türkiye mümessilinin kaşesi bulunmalıdır.
- .Klinikmotorun tamamı metal olmalıdır.
- .Saat ve Saat yönünün tersine çalışabilmelidir.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Dt.Nursen ÖZKAN MAOEN
Diş Tabibi
Dip.12312043 Tescil No:2729

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Dt.Merve Şahin
Tescil No:30466

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

ANGULDRUVA, ANGULDRUVA (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKLI) MAVİ KUŞAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- .Anguldurva push-button'lu olmalıdır.
- .İçten sulu sistem olmalıdır.
- .1/1 hız aktarım oranına sahip olmalıdır.
- .Kafa büyüklüğü orta boy olmalıdır.
- .135 C de otoklavda steril edilebilmelidir.
- .Her anguldurva ile birlikte 2 (iki) adet yedek kartuş verilecektir.
- .Klinik anguldurva üzerinde üretildiği ülke adı,markası,üretici firmanın adı ve logosu,seri numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.
- .Anguldurvanın tamamı metal olmalıdır.
- .Termal dezenfektörde yıkanmalıdır.
- .Dakikadaki dönme hızı en az 25.000 devir olmalıdır.
- .CE belgesi olmalıdır.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Dt. NURŞEN ÖZKAN MADEN
Dip. 12312043 Tescil: 32729

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Dt. Merve Şahin
Tescil No: 30466