

## SATINALMA BİRİMİ

ELEKTRO CERRAHİ - DAMAR KAPAMA CİHAZI

MOD AYARLANA BUTONU

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAKGENEL HUSUSLAR

## A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından için teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

## B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

## BİLGİ İÇİN

TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068

FAX: (0312) 3464361-3352625

MAIL : onkoloji@dogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 08/11/2016  
SART: 15:00NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER  
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : BİO MEDİKAL STOĞU 1

Talep Tarihi / No : 07/10/2016... /

1214

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-13-02-01	ELEKTRO CERRAHİ - DAMAR KAPAMA CİHAZI MOD AYARLAMA BUTONU ( ROTARY SWITCH )	YOK	1	ADET

Künye No: 1007990123

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER

HASTANEMİZ AMELİYATHANE BİRİMİNDE BULUNAN PETAS MARKA BİPOLAR RADYO FREKANS (RF) ELEKTRO CERRAHİ ÜNİTESİNİN ARIZANIN GİDERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN PARÇADIR.

TARİH

KAŞE / İMZA

..... / ..... / 20....

Stok Takip Birim / Birim  
Sorumlusu  
**Osman DEMİR**  
Elektronik Teknikeri  
Ankara Onkoloji Hastanesi

..... / ..... / 20....

Stok Takip Klinik / Birim  
Sorumlusu  
**Hatice Yur**

..... / ..... / 20....

Klinik İdari Sorumlusu  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara  
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Mehmet Gazi BÜYÜKYILDIRIM  
Elektrik - Elektronik Mühendisi

Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.

Kaşe / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz

..... / ..... / 20....

İdari Mali Hizmetler Müdürü

UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.

..... / ..... / 20....

Hastane Yöneticisi

ARIZA BİLDİRİM FORMU

talep

BİRİM :	AMELİYATHANE	ADI SOYADI :	TARIK ERKUT YEŞİL
TELEFON NO :	4727	ÖNVANI :	HEMŞİRE (YÜKSEK OKUL -...
TARİH / SAAT :	28/09/2016	İMZA :	

CİHAZ		AKSESUAR	
ADI :	BİPOLAR RADYO FREKANS (RF) ELEKTRO CERRAHİ...		
MARKASI :	PETAŞ		
MODELİ :	PETKOT 600		
CİHAZ NO :	484	KÜNYE NO :	1007990123
GARANTİ :	GARANTİ DIŞI		

TALEBİN AÇIKLAMASI

CİHAZIN AYAR DÜĞMESİ ARIZALI

ONARIM BİLGİLERİ		Görevli Personel	İMZA
BAŞLAMA TARİHİ :	28/09/2016	OSMAN DEMİR	
BİTİŞ TARİHİ :			
TAMİRAT ŞEKLİ :		Görevli Amir	İMZA
ARIZA DETAY :		MEHMET GAZİ BÜYÜKYILDIRIM	

SONUÇ : CİHAZIN ROTARY SİCTH BOZUK OLDUĞUNDAN DEĞİŞMESİ GEREKMKETEDİR.

SORUN GİDERİLDİ ☐ GARANTİYE GÖNDERİLDİ ☐ SORUN GİDERİLEMEDİ ☐ DEVAM EDİYOR ☒ PARÇA BEKLENİYOR ☐