

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

TOMOGRAFI BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN KONUSU : Beypazarı Devlet Hastanesi görüntüleme ünitesinde bulunan 1 adet SIEMENS marka somatom emotion 16 model tomografi cihazının 01-01-2016 / 31-12-2018 tarihleri arasında 3 ayda bir (8 bakım) Periyodik Bakım onarım hizmetleri(yedek parça/mal alımı dahil,istisnai parçalar hariç) tomografi cihazının sürekli çalışır durumda olması işidir.

CIHAZ LİSTESİ:

Cihazın Cinsi	Markası	Modeli	Seri Numarası
I.TOMOGRAFI	SIEMENS	somatom emotion 16	78494

BAKIM ONARIM ÖZELLİKLERİ:

1. Cihazların onarımı için yedek parça gerekli olduğu durumlarda hastane idaresi malzeme teminini 4734 sayılı KİK çerçevesinde yapacaktır.
2. Firma Hastanenin onayı olmadan kapsam dışındaki malzemeyi alıp fatura edemez. Hastane firmanın belirlediği yedek parça ve malzemelerin teminini kendisi yapabilir.
3. Aşınan bozulan yada kırılan parçaların değiştirilmesi tekiyken raporuna istinaden idarenin onayı alınarak yapılacaktır.
4. Firma cihazlarda değiştirilmesi gereken parçaların yenisi teknisyenimiz nezaretinde takacaktır. Çıkarılan arızalı parçayı da ilgili bölüme teslim edilecektir.
5. Cihazların gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak sürekli çalışır halde bulundurulması için yapılacak önleyici bakım ve onarım hizmetleri yüklenici firmanın yükümlülüğündedir.
6. Periyodik bakımlarda; cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı onarım öncesinde var olan işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızadan bakım servisi sorumlu tutulur.
7. Periyodik bakımlarda; Cihaz/ekipman/sistem/elektrik/güvenlik testlerini yapmalı ve yaptığı testlerin sonucunu servis manuelinden kontrol edebilmelidir.Firma, bakım için gerekli alet ve avadanlıkları temin edecektir.
- 8.Periyodik bakım mesai saatleri içerisinde (08:00-16:00) hastanenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır.Ancak acil durumlarda onarım işi davet üzerine çalışma saat ve günleri dışında da yapılabilir.
- 9.Firma cihazların periyodik (önleyici) bakımlarını 3 (üç) aya bir muntazam olarak yapacak ve yaptığı her bakım onarım için ayrıntılı bir BOF (bakım onarım formu) tutanağı düzenleyecektir.BOF tutanakları ilgili servis sorumlusuna ve fatura muayene komisyonuna verilecektir.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Fikret KÖKÇE
Elektrik Teknisyeni
Sicil No: 11851

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Ramazan OKUR
Tıbbi Medikal Başo Sorumlusu
T.K.K.Y.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Zafer GÜNDOĞAN
Sorumlu Röntgen Teknisyeni

10.Arızaya müdahale süreci hastane personeli tarafından yükleniciye telefon veya faks ile bildirilecektir.Arızanın bildirimini takiben yüklenici en geç 12 (on iki) saat içerisinde arızaya müdahale edecek,parça gerektirmeyen durumlarda arızaya 24 (yirmi dört) saat içerisinde,yedek parça ihtiyacı olması halinde hastane tarafından parçanın temininden sonra en geç 2 (iki) iş günü içerisinde arızayı giderecektir.Onarım belirtilen süre içerisinde tamamlanmadığı takdirde geciken her 24 saat için periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin %5 i oranında idari para cezası uygulanacak ve firmanın ilgili dönemindeki tahakkukundan kesilecektir.

11.Sözleşme kapsamında ki makine ve cihazlara 3. Şahıslarca müdahale edilmesine izin verilmeyecektir.

12.Yüklenici firma, iş bu sözleşme konusu makine ve cihazları kesintisi,hatasız ve arızasız çalışır durumda bulundurmak için gerekli seviyede yedek parça teminini yapabilmelidir.

13.Arızalı olan cihazların bakım ve onarımlarının firmada yapılması durumunda arızalı parçaların nakliye giderleri firmaya aittir.

14.Teklif veren firma cihazın bakımını yapabilmek için bünyesinde elektrik-elektronik mühendisi bulundurmak zorundadır.

15.Firma bakım onarım yapacak teknik elemanların eğitim sertifika ya da belgelerini önceden ibra edecektir.

16.Cihazların yedek parça fiyatları teklif ekinde sunulacaktır.Değişimi yapılan parçaların garanti süresinde arızalanıp değiştirilmesi halinde ücret talebinde bulunulmayacaktır.

17.cihazların gerekli bakım onarımlarının yapılarak sürekli çalışır halde bulundurulması için yapılacak önleyici bakım ve onarım hizmetleri,çalıştıracığı personelin iş güvenliği,kişisel koruyucuların tedariki ve kullandırılmasından yüklenici firmanın sorumluluğudur.

18.Firma cihazlar ile ilgili yetki veya satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi verecektir.(TSE,ISO,CE gibi)

19.Üretici firmanın gönderdiği tüm yazılı up-dataları(güncelleme) ve modifikasyonlar,yüklenici firma tarafından Hastane yönetimine bildirecek ve ücretsiz olarak sisteme uygulanacaktır. Herhangi bir eğitim gerekirse hiçbir ücret talep etmeyecektir.

20. Firma cihazları sözleşme süresince toplam en az %95 up-time çalışma süresi içerisinde çalışır durumda olmasını taahhüt eder.

Biyomedikal Klinik
Müh. Birim Sorumlusu

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Fikret KÜKÇE
Elektrik Teknisyeni
Tic. Sic. No: 1857

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Ramezan OKUR
Biyomedikal Depo Sorumlusu
Tic. Sic. No: 1857

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Zafer GÜNDOĞAN
Sorumlu Röntgen Teknisyeni