

SATINALMA BİRİMİ

12 VOLT 7 AH (KURU TIP) AKÜ

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAKGENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiadogrudantemin@gmail.comSON TEKLİF VERME TARİHİ: 10/11/2016
SAAT: 15:00NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : BİO MEDİKAL STOĞU 1

Talep Tarihi / No : 24/10/2016... /

1357

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-13-03	12 VOLT 7 AH (KURU TİP) AKÜ	YOK	30	ADET

Künye No:

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ NÜKLEER TIP BİRİMİNDE BULUNAN GAMA CAMERA CİHAZLARI İÇİN GEREKMEKTEDİR. / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Yücel YILMAZ Makina Teknisyeni
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim İbrahim BAYRAM Fizik Mühendisi
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Gazi BÜYÜKYILDIRIM Elektrik - Elektronik Mühendisi
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza ...

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü ...
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi ...

12 VOLT 7 AMPER AKÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Nükleer Tıp kliniğinde bulunan Gama Kamera cihazına ait UPS de bulunan akülerin yerine alınacak 12 volt 7 amper gücündeki Akü Teknik Şartnamesidir.

2. AKÜ 12 VOLT 150 AMPER

- 2.1. Alınacak aküler 12 volt voltajla çalışacaktır.
- 2.2. Akülerin kapasitesi 7 amper saat gücünde olacaktır.
- 2.3. Aküler bakımsız tipte imal edilmiş olmalıdır.
- 2.4. Aküler TSE belgeli olacaktır.

3. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Aküler en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 3.2. İş alan yüklenici firma çıkan aküleri teknik atölyeye teslim edecek tekliflerini buna göre vereceklerdir.
- 3.3. İhaleye katılacak firmalar özellik içeren malzemeler için teknik servisten uygunluk alacaklardır.
- 3.4. Garanti süresi içinde kullanım hatası dışında kalan, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir.
- 3.5. Akü değişimi için gerekli her türlü nakliye, demontaj, montaj, zarar verilen yerlerin onarılması ve işçilik işi alan yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 3.6.

Birim Yetkilisi

Yücel YILMAZ
Makina Mühendisi

Birim Yetkilisi

İbrahim BAYRAM
Fizik Mühendisi

Birim Yetkilisi

Dr. Abdurrahman Yurtarslan
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mehmet Gazi BÜYÜKYILDIRIM
Elektrik - Elektronik Mühendisi