

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eđt. ve Arđt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : RADYOLOJİ STODU YENİ		Talep Tarihi / No : 20/06/2016 ... /		831	
SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-03-03	POMPA ENJEKTÖR SETİ TEKLİ	GR1249	60	ADET
Künye No:					

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER

BT CİHAZINDA KULLANILAN VE HİBE YOLUYLA HASTANEMİZE GELEN CİHAZIN SARF MALZEMELERİ BİTMEK ÜZEREDİR. YIL SONUNA KADAR OLAN İHTİYACIMIZIN ALINMASINI RİCA EDERİZ.

Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir. / 20.....	Stok Takip Klinik / Birim
 / 20.....	Stok Takip Klinik / Birim
 / 20.....	Stok Takip Klinik / Birim
 / 20.....	Klinik İdari Sorumlusu
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınızda arz / 20.....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / 20.....	Hastane Yöneticisi

POMPA ENJEKTÖR SETİ TEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Araştırma ve Eğitim Hastanesi Radyoloji Kliniği BT biriminde kullanılmak üzere METRON Accotron Model otomatik enjektöre alınacak şiringaların teknik özellikleri ile ilgili konuları kapsar.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1.** Alınacak şiringalar cihazla uyumlu olmalıdır.
- 2.2.** BT tetkiklerinde hastaya kontrast madde ve serum fizyolojik verilerek amacıyla kullanılabilmelidir.
- 2.3.** Enjektörler 200 ml kapasiteli ve 1200 psi basınçla dayanıklı olmalıdır.
- 2.4.** Steril paket içerisinde bir adet 200 ml boş şiringa , bir adet doldurma pipeti (J) uzatma hattı bulunmalıdır.
- 2.5.** Latex içermemelidir.
- 2.6.** Şiringalar en az bir yıl miatlı olacaktır.
- 2.7.** Şiringalardan kaynaklanan otomatik enjektör cihaz arızalarından yüklenici firma sorumludur.
- 2.8.** Satınalma kararı verilmenden önce numune değerlendirilmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklerin verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1.** Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2.** Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan
Dr. Abdurrahman Yurtaslan
Dr. Abdurrahman Yurtaslan

Dr. Abdurrahman Yurtaslan
Dr. Abdurrahman Yurtaslan
Dr. Abdurrahman Yurtaslan

Dr. Abdurrahman Yurtaslan
Dr. Abdurrahman Yurtaslan
Dr. Abdurrahman Yurtaslan