



T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
SATINALMA TALEP FORMU

Döküman No	AEAH.KYS.FR.001
Yayın Tarihi	03.02.2010
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	08.11.2012
Sayfa No	1/1

TALEP EDEN BÖLÜM			GASTROENTEROLOJİ ÜNİTESİ			TARİH-NO		29.07.2016 / 3579	
Sıra No	SUT Kodu	Bütçe Kodu	Malzeme Listesi	Miktar	Birim	Depo Stok Miktarı	Kullanım Süresi	Bir önceki Yıl Tüketim Miktarı	Son Alım Fiyatı
1	GS1710,G S2510	740 1 3	BİLİYER SİTOLOJİ FIRÇASI	50	Adet	-6		19	
2		740 1 3	GUIDING KATETER 115 CM-220 CM	25	Adet	0			
3		740 1 3	PUSHER 7F - 10F	25	Adet	0			

Not :Lütfen aynı form üzerinde 10 kalemden fazla ve konu itibariyle farklı olan talepte bulunmayınız.  
Yukarıda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu olduğu ihtiyaçtan fazla talep edilmediği,fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu , hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ	Piyasa Araş.Görevlileri	...../...../20.....
ERCP DE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇTIR	ŞEMNUR BÜYÜKAŞIK MUSTAFA TAHTACI EYÜP SELVİ ÖYKÜ TAYFUR YÜREKLİ	Klinik/Bölüm Sorumlusu S.B. Ankara Atatürk Eğt. ve Arst. Hst. Prof. Dr. DİNÇER KAYA Prof. Dr. DİNÇER KAYA Gastroenteroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Dip.No: 895 Dip. İst. No: 895

\*Lütfen Kabul edilebilir gerekçenizi yazınız.

DEPO GÖRÜŞÜ		MKYS KONTROL	...../...../20.....
			Depo Yetkilisinin İmza-Kaşe Mehmet Bektaş Depo Sorumlusu
TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖRÜŞÜ			...../...../20.....
İhtiyacın Temin Yöntemi	İHALE		Yukarıdaki Talebin satın alması hususunu onaylarınıza uygun görüşte arz ederim. İdari ve Mali İşler Müdürü
	DOĞRUDAN TEMİN	DİĞER (3-e)	
			UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR Doç. Dr. Murat AKÇAY Hastane Yöneticisi

## BİLİYER SİTOLOJİ FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2.8 mm çalışma kanalından geçebilecek.
2. Skopik görünürlüğü yüksek olacak.
3. Örnek alındıktan sonra içine çekilebilecek kılıfı olacak. Fırça içeri ve dışarı hareketleri kolaylıkla ve tel eksenıyla açı yapmadan yapabilecek özellikte olacak.
4. Klavuz tel üzerinden ilerletilebilecek.
5. Firmalar en az 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekirse numuneyi kullanacaktır.

ANKARA ATATÜRK  
EGİTİM VE ARAŞTIRMA HASTAHANASI  
Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı  
Dip.No: 02392119 Dip.Tes.No: 116051

ANKARA ATATÜRK  
EGİTİM VE ARAŞTIRMA HASTAHANASI  
Dİ. ÖYKÜ TAYFUR YÖREKLİ  
Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı  
Dip.No: 02392119 Dip.Tes.No: 116051

ANKARA ATATÜRK  
EGİTİM VE ARAŞTIRMA HASTAHANASI  
Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı  
Dip.No: 02392119 Dip.Tes.No: 116051

### GUIDING KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3,2mm' lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
2. Katater dış çapı 6mm olmalıdır.
3. Katater uzunluğu 220 cm olmalıdır.
4. İçinden 0,035 inch tel geçebilmelidir.

### PUSHER 10F TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Katater 10F plastik stent yerleştirilmesinde kullanılabilir.
2. Katataer 10F çapında en az 200cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Katataer uç kısmında radyoopak marker bulunmalıdır.

### PUSHER 7F TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Katater 7F plastik stent yerleştirilmesinde kullanılabilir.
2. Katataer 7F çapında en az 200cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Katataer uç kısmında radyoopak marker bulunmalıdır.

ANKARA ATATÜRK  
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Başhekim Dr. Fatma Elvra Akçibi  
Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı  
Dip. No: 83487

ANKARA ATATÜRK  
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST.  
Dr. CYYÜ TAYFUR YÜREKLİ  
Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı  
Dip.No: 02097119 Dip.Tes.No: 110007

BAŞHEKİM  
Dr. CYYÜ TAYFUR YÜREKLİ  
Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı  
Dip.No: 02097119 Dip.Tes.No: 110007