


TEKLİ ENDOTOKSİN FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

- 1- UF membranı polisülfan yapıda ve gözenek çapı 0,05 mikron olmalıdır.
- 2- Maksimum 4 bar ve 40 C su ısısına dayanıklı olmalıdır.
- 3- PH aralığı 1-13 arasında olmalıdır.
- 4- Ultrafiltrasyon membranları paslanmaz çelik housingler içersinde olup ve zamanla kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır.
- 5- UF membranları , kimyasal temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.
- 6- Membran alanı 5 m2 olmalıdır.
- 7- Giriş ve çıkış arasındaki basınç farkı mak. 2,5 bara uygun olmalıdır.
- 8- Membranın giriş ve çıkışı ¾ inch boru çapında, durulama çıkışı ½ inch olmalıdır.
- 9- Membranların çapı 10 cm, boyu 100 cm olmalıdır.
- 10- Dış kısmı beyaz renkli yapıya sahip olmalıdır.
- 11- Herco su sisteminde bulunan endotoksin filtre housingine birebir uyumlu olmalıdır.

M. Ali Datar
Teknisyen


Burhan Önder
Bakım
