T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği

Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

DEBFİBRATÖR BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-12 V,2800 mAh Olmalıdır.
- 2-Nihon Kohden TEC-5521K modeline uygun olmalıdır.
- 3-Ni-MH olmalıdır.
- 4-TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Beypazan Deviat Hastayesi Fikret KÖKCE Teknisyen Sicil **M**o MW65