

SATINALMA BİRİMİ

MİKROBİYOLOJİ 3 KALEM ANTİMİKROBİYAL TEST,...

ENTEROCOCCASEL AGAR, KOYUN KANLI AGAR ALIMI

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

**A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:**

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

**B- DİĞER HUSUSLAR:**

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler MÜD. Yrd.

BİLGİ İÇİN  
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068  
FAX: (0312) 3464361-3352625  
MAIL : onkoloji@dogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 08/09/2016

SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Birim : MİKROBİYOLOJİ STOĞU1

Sayfa No : 1 / 1

Talep Tarihi / No : 04/08/2016... /

1017

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-03-04	ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST DİSKLERİ	YOK	Künye No: 2000	KARTUŞ
2	150-03-04	ENTEROCOCCASEL AGAR BESİYERİ (VANKOMİSİNLİ PLAĞA DÖKÜLMÜŞ 90MM ÇAP)	YOK	Künye No: 100	ADET
3	150-03-04	KOYUN KANLI AGAR BESİYERİ (PLAĞA DÖKÜLMÜŞ 900 MM)	YOK	Künye No: 200	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
İHALEDE ALINAMAYIP, YILBAŞINA KADAR YETECEK MİKTARLARDIR	04/08/2016	Stok Takip Klinik / Birim Mehmet SERİN Genel Sorumlusu Dip. No: 04477
	04/08/2016	Stok Takip Klinik / Birim Dr. Abdurrahman YURTASLAN Onkoloji Eğt. Sorumlusu Mikrobiyoloji Uzmanı Dip. No: 04477
	04/08/2016	Klinik İdari Sorumlusu Uz. Dr. ECE BİLEN Mikrobiyoloji Uzmanı Dip. No: 1350
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	..... / ..... / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.	..... / ..... / 20....	Hastane Yöneticisi

**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA**  
**HASTANESİ**

**ANTİBİYOTİK DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU :**

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Merkez laboratuvarı Mikrobiyoloji Bölümünde kullanılacak antibiyotik diskleri teknik şartnamesidir.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLERİ :**

- 2.1. Polistern malzemeden imal edilmiş, iç alt kısmında yay ve kapak bulunan, içinde 50 adet antibiyotik disk olan, ayrıca üst kısmı şeffaf plastik, alt kısmı metalik jelatin ile kaplı kartuş olmalı, nemlenmesini önleyici bir adet nem alıcı bulunmalıdır.
- 2.2. Diskin dış kabı üzerinde orijinal etiketi olmalı, disk adı, mikrogramı, üretim ve son kullanma tarihi ve saklama koşulları yazmalıdır.
- 2.3. Disklerin mikrogramı listedeki gibi olmalıdır.
- 2.4. Uluslar arası tarama indexlerine giren dergilerde, son 10 yılda en az 10 çalışmada kullanılmış olmalıdır.
- 2.5. Diskler teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır. Kullanım sırasında iki ay önceden belirtmek şartı ile son kullanma tarihi yakın olanlar uzun miatlılarla değiştirilecektir.

**3. KABUL VE MUAYENE :**

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Dr.Abdurrahman Yurtarslan

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Dr. Ece BİLİR  
ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Mikrobiyoloji Uzmanı

Dr. Gülen ERGÜN  
ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Mikrobiyoloji Uzmanı

İbrahim SERİN  
21684  
Mikrobiyoloji Uzmanı



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ  
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  
HASTANESİ

**ENTEROCOCCASEL AGAR BESİYERİ (Hazır Petride) TEKNİK  
ŞARTNAMESİ**

**1. KONU :**

T.C Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Merkez laboratuvarı Mikrobiyoloji Bölümünde kullanılacak Enterococel Agar Besiyeri (hazır petride) teknik şartnamesidir.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER :**

- 2.1. Plağa dökülmüş kullanıma hazır olmalıdır.Marka ve üretim tarihleri açık şekilde yazılı olmalıdır.
- 2.2. Besiyerlerinin ATCC ile test edildiğini gösterir belgeleri olmalıdır. Kullanım süresi, üretim tarihinden itibaren en fazla 2 ay olmalıdır.
- 2.3. Bu süre içerisinde kontaminasyon olan besiyerleri yenisi ile değiştirilmelidir.
- 2.4. Hazır besiyerleri kontaminasyon riskinin olmasından dolayı ihtiyaca göre laboratuvar sorumlusunun isteği doğrultusunda firma tarafından parti parti getirilecektir.
- 2.5. Kazanılmış Vankomisin direnci gösteren E.faecium ve E.faecalis taranması için besiyeri olmak zorundadır.

**3. KABUL VE MUAYENE :**

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.
- 3.3.

Dr.Abdurrahman Yurtaslan

Birim Yetkilisi

Birim Yetkilisi

Birim Yetkilisi

T.C.-S.B.  
ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  
HASTANESİ  
Dr.Ece BİLEN DİRİTİM  
Mikrobiyoloji Uzmanı  
1360

Mehmet SEZİN

21030

1360

## KOYUN KANLI AGAR BESİYERİ (Hazır Petride) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Merkez laboratuvarı Mikrobiyoloji Bölümünde kullanılacak Koyun kanlı agar besiyeri (hazır petride) teknik şartnamesidir.

- 2.1. % 5 -7 koyun kanı ile hazırlanmış olup steril-disposable plastik petri kutuları içerisinde konulmuş olmalıdır.
- 2.2. En az 6'lı, en fazla 10'lu paketler içerisinde kontaminasyonu ve dehidratasyonu önleyecek jelatin ambalaj ile kaplanmış olmalıdır.
- 2.3. Paket üzerinde, firma adı son kullanma tarihi ve saklama koşulları bir etiket ile belirtilmelidir.
- 2.4. Kullanım süresi, üretim tarihinden itibaren en fazla 2 ay olmalıdır.
- 2.5. Bu süre içerisinde kontaminasyon olan besiyerleri yenisi ile değiştirilmelidir.
- 2.6. Hazır besiyerleri kontaminasyon riskinin olmasından dolayı ihtiyaca göre laboratuvar sorumlusunun isteği doğrultusunda firma tarafından parti parti getirilecektir.

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Birim Yetkilisi

Birim Yetkilisi

Birim Yetkilisi

Dr. A. Y. ANKARLI DOKTORU  
Uz. Dr. Ece BİLEN DİPİLİ  
Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. No: 136

Mehmet SERİN