

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

STERİLİZASYON ÜNİTESİ TABANCA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Rulolar en az 500 lük olmalıdır.

2-Etiket üzerinde işlem tarihi, son kullanma tarihi,operatör tarihi,operatör numarası,otoklav numarası ve döngü numarası gibi bilgiler olmalıdır.

3-Ruloda var olan bir mekanizma sayesinde,işlem sonrasında etiketler şeridinden kolayca çıkarılıp arşivlenebilmelidir.

4-etiketler çift taraf yapışkanlı olmalıdır.

5-Etiketler 2,5(+1)*2,5(+1)cm olmalıdır.

6-Ürünün resistometre test veya uluslara arası akrediti belge ve raporları mutlaka verilecektir.Rapor ve belgeleri olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

7- Etiketlere uygun etiket tabancası ücretsiz olarak
Birim tarafından verilecektir.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Sterilizasyon Sorumlusu
Şükran ZILCAN
Sicil No: 23803