

 <p>Adres: 1535 Sk. No. 16 Matbaacılar Sitesi İvğışan Ostim - ANKARA Tel: (0.312) 395 14 22 Fax: (0.312) 332 14 68 www.steril-on.com sterilon@bucihazlar@gmail.com</p>		<p>Sıra No: 000335</p>	
<p>Müşteri İstekleri</p>		<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	
<p>Adres: Kızılcıhamam İke Devlet Hastanesi</p>		<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	
<p>İletişim Bilgileri</p>		<p>Garanti Durumu</p>	
<p>Cihazın Tanımı: Eryiğit Marka OTOKLAV</p>		<p>Var <input type="checkbox"/> Yok <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Model:</p>		<p>Var <input type="checkbox"/> Yok <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Seri No:</p>		<p>Var <input type="checkbox"/> Yok <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>İmalat Tarihi:</p>		<p>Var <input type="checkbox"/> Yok <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Cihazın bakış sistemi arızalıdır. Aşağıdaki malzemelerin değişimi gerekmektedir.</p>			
<p>TEKNİK SERVİS FAALİYETİNDE SARF EDİLEN YEDEK PARÇA VE MALZEMELER</p>			
S.No.	YEDEK PARÇA & MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	
	Göbek bilye mekanizması	1	
	Kapak için kal bilye	1	
	Bilye distri mekanizması	1	
	Göbek bilye tırna bilye bilye	1	
<p>7</p>			
<p>20.01.2016</p>			
<p>Teknisyenin Adı Soyadı: Mustafa Kızılcı</p>		<p>İmzası: [Signature]</p>	
<p>Adı Soyadı: [Blank]</p>		<p>Kaşe - İmza</p>	
<p>Unvanı: [Blank]</p>		<p>Görevi: [Blank]</p>	
<p>Onay Tarihi: [Blank]</p>		<p>Müşteri Memnuyeti: Memnun Kaldım <input type="checkbox"/> Memnun Kalmadım <input type="checkbox"/></p>	
<p>Cihazla ilgili bakım - onarım faaliyetlerinin bu formu uygun olarak yapıldığını kabul ederim. Azami Hizmet Süresi 20 İş Günü Olup 90 Gün İçerisinde Alınmayan Ürünlerden Firmamız Sorumludur.</p>			