

**3.2.14.12.**Sözleşme yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen arızalar Yüklenici tarafından giderilecektir. Yüklenici teklifini bu durumu göz önünde bulundurarak verdiği kabul edilecektir. Sözleşme imzalandığında arıza devam ediyorsa Yüklenici bu durumu Başlangıç Tespit Raporunda belirtecektir. Bu tür bir arıza sözleşme yürürlüğe girdiğinde devam ediyorsa sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün arıza bildirimi yapılmış sayılacak ve bununla ilgili hususlar uygulanacaktır.

**3.2.14.13.**Cihazın bakım, onarım ve kalibrasyon/ayar hizmet alımının (yedek parça hariç), sözleşme süresi içerisinde verimli kullanımını ve çalışma performansını yüksek tutulması için en az %95 (yüzde doksan beş) cihaz aktif faaliyet süresi (uptime) olacaktır. Bu süreye ulaşılmaması durumunda cihazın aktif faal olmayan gün sayısının 2 (iki) katı kadar sözleşme süresine eklenir. Ancak cihazın yedek parça (İdarece temin edilmesi gereken malzemeler) gerektiren bir arızası oluşması ve bu malzemelerin İdare'ce temin edilmesine kadar geçen süre zarfında Yükleniciden cihazın aktif faaliyet süresi (uptime) istenmeyecektir.

### **3.3. Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri**

**3.3.1.** Hizmet Alım (bakım, onarım ve kalibrasyon/ayar) işlemlerine ait tüm ambalajlama, etiketleme ve nakliye masrafları Yükleniciye aittir.

## **4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA**

**4.1.** Hizmet kapsamında her seferinde yapılan işlem ve bu işlemler sonucunda tutulan her form bir numunedir.

## **5. DENETİM VE MUAYENE**

**5.1.** Denetim ve Muayeneler, yürürlükte olan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi esaslarına göre yapılacaktır.

**5.2.** Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma /kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.


**5.3.** Taahhüt olarak yüklenici, üretici firma veya yetkili temsilcisi/satıcısı firma tarafından onaylı ürün teknik kataloglarına/dokümanına atıf yapan yazılı taahhüt verecek ve atıf yapılan onaylı katalog/doküman, yazılı taahhüde ek yapılacaktır. Bu belgeler muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

**5.4.** Yüklenici tarafından yapılan bakım, onarım ve kalibrasyonlar için EK-A'daki Bakım-Onarım-Kalibrasyon Sonuç Raporu doldurulacak ve ilgililerce imzalanacaktır. Testlerin olumsuz çıkması veya yüklenici tarafından eksik işlem yapılması Kontrol Teşkilatı tarafından EK-A'daki Rapora işlenecektir.

## **6. EKLER:**

**6.1.** EK-A : Bakım-Onarım-Kalibrasyon Sonuç Raporu

### **HAZIRLAYANLAR**

  
Çetin ATAY  
Elk.Elkt.Müh.  
Klinik Mühendislik Birimi

  
Hasan Hüseyin EROĞLU  
Yük.Elk.Elkt.Müh.  
Klinik Mühendislik Birim Amiri