

# SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRVİYE VAMLLUASTANELERİ KURUN

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği Dr.Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

### SATINALMA BİRİMİ

DRE	N HEMOVAC 400 CC 18F	
4	DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK	

GENEL HUSUSLAR

## A- TEKLİFI ERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özelikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

#### B-DİĞER HUSUSLAR:

1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır

2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Mullammed Emin ÖZTÜRK İdari ve Malilşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN

TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068

FAX: (0312) 3464361-3352625

MAIL: onkolojieahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLIF VERME TARIHI: 03.1.08.12016

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

#### T.C.

# SAĞLIK BAKANLIĞI

# TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

# Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

## İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No:

1/1

Talep Tarihi / No : 15/06/2016... / Birim : ORTOPEDÍ 1 DEPOSU 808 SIRA BRANŞ KODU MALZEMENIN ADI SUT KODU TALEP MİKTAR BIRIMI NO 150-03-03 Künye No: DREN HEMOVAC 400 CC 18 F YOK 400 ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	TO SEKASE / IMZA
İHALE TALEBİDİR	/ / 20	StokyTakip Klipik LBirim Majori Usmani Sorumitsur
	/ / 20	TOPED TO TRANSPORT TOPED TO TRANSPORT TOPED TO TRANSPORT TOPED TO TRANSPORT TO TRANSPORT TO TRANSPORT TO TRANSPORT TO TRANSPORT TO TRANSPORT TO TRANSPORT TO TRANSPORT TO TRANSPORT TO TRANSPORT TO TRANSPORT TO TRANSPORT
	/ / 20 <sub>jr</sub>	Prof Klinik İdani S <b>öllÖÖR</b> usu Toedi ve Yravınatoliyli Eğitim ve İdani Sorumlu Dip Jean Mic 308 33
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	/ / 20	İdari Mali Hizmener Müdürü
UYGUNDUR\UYGUN DEĞİLDİR. AGİ	/ / 20	Hastane Yöneticisi

BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri

# T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

# DREN HEMOVAC 400 cc 18F TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### 1. KONU

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde kullanılmak üzere alınacak olan Dren Hemovac 400 cc 18 f teknik sartnamesidir.

## 2. TEKNÍK ÖZELLÍKLER

- 2.1. Düşük basınçlı drenaj yapmalıdır.
- 2.2. Malzemenin körüklü haznesi 400 cc kapasiteli olmalıdır.
- 2.3. Körüklü hazne sıkıştırdığında negatif basınç oluşmalıdır. Körüklü hazne sıkıştırdığında lateks bantlı valfi sayesinde içindeki hava kolayca boşaltılabilecek şekilde olmalıdır.
- 2.4. İğneler dokudan kolay geçecek, paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
- 2.5. Redon kısımları çok delikli olmalıdır.
- 2.6. Hazne ile kateteri birleştiren hortumun ucunda kademeli, ucu kapalı konektör ve hortum üzerinde bir adet klemp bulunmalıdır.
- 2.7. Çift iğneli hemovak setinin içinde 2 adet silikon redon kateter ve hortum ucunda da kademeli Y konektör bulunmalıdır.
- 2.8. Redon dreni üstünde ölcüleri olmalıdır.
- 2.9. Hemovak tespit etme bağlantıları olmalıdır.
- 2.10. Dren yerleştirildiği yaranın her kısmından eşit miktarda sıvıyı çekebilmelidir.
- 2.11. Redon dren 18 F olmalıdır.
- 2.12. Hemovak parçalarından redon dren ve arabağlantı hortumu tek bir posette olmalıdır.
- 2.13. Malzeme steril ambalajında, ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.
- 2.14. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır

### KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- **3.2.** Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

