

SATINALMA BİRİMİ

BÜHAR OTOKLAVI KAYAR 19 KAPAK CONTASI.

KAUÇUK DİKDÖRTGEN KALINLIK 18mm

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiyahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 10.08/2016

SAAT: 15:05

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst
İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : BİO MEDİKAL STOĞU 1

Talep Tarihi / No : 14/07/2016... /

908

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-13-02	BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI KAUÇUK DİKDÖRTGEN KALINLIK 18MM	YOK	2	TAKIM


Künye No: 1008565009

2 TAKIM

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ STERİLİZASYON BİRİMİNDE BULUNAN TRANS MARKA,SMART-S 900-CKK MODEL STERİLİZASYON CİHAZININ ARIZASININ GİDERİLEBİLMESİ İÇİN KAPAK CONTASINA İHTİYAÇ VARDIR. / / 20....	Stok Takip Klinik Birim Sorumlusu Makina Teknisyeni
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Görevi Kuv
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Gazı BÜYÜKYILDIRIM Elektrik - Elektronik Mühendisi
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza



Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

ARIZA BİLDİRİM FORMU

BİRİM :	STERİLİZASYON STOĞU1	ADI SOYADI :	GÖNÜL	KUŞ
TELEFON NO :	4736	ÜNVANI :	HEMŞİRE (YÜKSEK OKUL -...	
TARİH / SAAT :	11/07/2016	İMZA :		

CİHAZ		AKSESUAR	
ADI :	BUHARLI YATAY TİP STERİLİZASYON / OTOKLAV...		
MARKASI :	TRANS		
MODELİ :	SMART-S 900-CKK		
CİHAZ NO :	TR-900-CM19-061114-01	KÜNYE NO :	1008565009
GARANTİ :	GARANTİ KAPSAMINDA		

TALEBİN AÇIKLAMASI	
KAÇAK TESTİNDEN GEÇMİYOR	

ONARIM BİLGİLERİ		Görevli Personel	İMZA
BAŞLAMA TARİHİ :	11/07/2016	OSMAN DEMİR	
BITİŞ TARİHİ :			
TAMİRAT ŞEKLİ :	Garanti Kapsamı	Görevli Amir	İMZA
ARIZA DETAY :		MEHMET GAZİ BÜYÜKYILDIRIM	

SÖZÜ : CİHAZIN ARIZASININ GİDERİLEBİLMESİ İÇİN KAPAK CONTASINA İHTİYAÇ VARDIR			
SORUN GİDERİLDİ <input type="checkbox"/>	GARANTİYE GÖNDERİLDİ <input type="checkbox"/>	SORUN GİDERİLEMEDİ <input type="checkbox"/>	DEVAM EDİYOR <input type="checkbox"/>
			PARÇA BEKLENİYOR <input checked="" type="checkbox"/>