



SATINALMA BİRİMİ

HAYALI YATAK / ESKEK D TIPI POKSYONLANDIRILABİLİR

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhafız Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiadogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 15/11/2016
SAAT: 15:30

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRİLEMEYİ ALINMAYACAKTIR

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst
İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : ANESTEZİ STOĞU

Talep Tarihi / No : 25/10/2016... /

1365

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-03-03	HAVALI YATAK / ESKAR D TİPİ POZİSYONLANDIRILABİLİR	YOK	5	ADET

Künye No:

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KASE / İMZA
ANESTEZİ KLİNİĞİMİZİN ACIL İHTİYACIDIR. / / 20....	Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi Mehmet Gazi BÜYÜKYILDIZ Elektrik - Elektronik Mühendisi
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Hastane
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Melis TOPÇUDERE
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kase / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

**HAVALI YATAK / ESKAR D TİPİ POZİSYONLANDIRILABİLİR
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılacak olan havali yatak / eskar d tipi pozisyonlandırılabilir teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1** Anti-Dekübit yatağı hastalarda bası yaralarının oluşmasını önleyeceği gibi var olan yaraların tedavisine destek olacak özellikleri taşımalıdır.
- 2.2** Anti-Dekübit yatağın şiltesi poliüretan malzemeden yapılmış sıvılara geçirgen olmayan, nemi absorbe etmeli, bakteri ve mantar barındırmamalıdır. Kılıf idrar ve dışkıdan etkilenmeyen kaymayan ve yanmaz özellikte olan malzemeden üretilmiş olmalıdır. Köşe lastikleri olmalı ve yatağın üzerinde kaymamalıdır.
- 2.3** Anti-Dekübit yatak her on dakikada vücudu 30 derece döndürerek pozisyon vermelidir. Kan dolaşımını sağlayarak temas noktalarını değiştirmelidir. A-B sisteminde çalışmalıdır.
- 2.4** Anti-Dekübit yatağın dört hava girişi olmalıdır.
- a) A girişi
- b) B girişi : Yatağın şişmesini sağlar ve hastayı sağa-sola 30 derecelik açıyla döndürerek pozisyon verir.
- c) Hava üfleme girişi
- d) Oksijen üfleme panelinden oksijen üfler ve terlemeyi önler.
- 2.5** Anti-Dekübit yatağa bağlı iki adet hava motoru olmalıdır.
- a) A-B motoru çıkışlı olmalıdır
- b) Hava üfleme motoru bir çıkışlı olmalıdır. Hastanın sırtına hava üflemelidir.
- 2.6** Anti-Dekübit yatak birbirinden bağımsız 13 hava hücrelerinden oluşmalıdır. Her hücre dört bölmeden oluşmalıdır. En az dört hava hücresinin hava ve oksijen üfleme özelliği olmalıdır.
- 2.7** Anti-Dekübit yatak motorları sessiz çalışmalıdır. Hastanın kilosuna göre basıç ayarları olmalıdır. 40 kilodan 200 kiloya kadar olan hastalarda kullanılabilir.
- 2.8** Anti-Dekübit yatak şiştiğinde 90x200(±%5) cm yüksekliğinde 14(±%5) cm olmalıdır.
- 2.9** Anti-Dekübit yatak koruyucu makinede yıkanabilmeli, havayı geçirip sıvıyı geçirmemeli, poliüretan antibakterial olmalıdır. Enfeksiyonu önlemek için yatağa alınan bir hastadan diğer hastaya geçişte koruyucu değişikliği yapmak için mutlaka bir adet yedek koruyucu verilmelidir.
- 2.10** Anti-Dekübit yatağın şilte kılıfı (klor tablet gibi...) dezenfektanla temizlenebilir.
- 2.11** Anti-Dekübit yatak motorları ve şişen bölümleri 2 yıl garantili olmalıdır. Her yatak için iki adet yedek hava hücresi verilmelidir. Ayrıca Anti-Dekübit sistemi için bir adet yedek hava kolonu ve yedek şilte firma tarafından ücretsiz verilmelidir.
- 2.12** Anti-Dekübit yatak 2 yıl garantili olmalıdır. UBB kaydı olmalıdır.

3. KABUL VE MUAYENE :

- 3.1.** Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3.2.** Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3.** Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Dr. A.Y. Onkoloji Eğ. Arş. Hastanesi
Dr. Serpil SAW
Onkoloji ve Reanimasyon Başaştırıcı
Dip. Tescil No: 54496

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mehmet Gazizade ÜKYLDRİKİ
Elektrik - Elektronik Mühendisi

Dr. A.Y. Onkoloji Eğ. Arş. Hastanesi
Uz. Dr. Hamit Erdal ESKİÇIRAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitim Görevlisi
Dip. Tescil No: 50578