

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi



MEZOTERAPİ İĞNE UCU

MEZOTERAPİ İĞNE UCU

1. Ürünler tek tek steril paketler halinde olmalıdır.
2. Mezoterapi iğnesi boyutları 30 g 1/2 0.3 mm x 13 mm olmalıdır.
3. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
4. Ürün en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır.
5. UBB ve TITUBB kaydı olmalıdır.
6. Ürün kullanıldıktan sonra şartları taşımasına rağmen sorunlu olması veya istenilen işlevleri yerine getirmemesi durumunda ürünün değiştirilmesi yada iadesi olacaktır.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Mevlüt EROĞLU
TKMY