

VENTİLATÖR HASTA DEVRESİ HORTUMU (DİSPOSİBLE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 135 cm boyunda olmalı
2. Disposable, plastik vb. materyalden olmalı, spiral tip özelliği bulunmalı
3. Ventilatör cihazına ait basınç gösterge saatini tetikleyen ekspresyon hortumu bulunmalı
4. Fazla oksijeni tahliye etmek için valf sistemi olmalı
5. Kullanılacağı ventilatör cihazına uyumlu olmalı
6. Yetişkin ve çocuk devresi için tasarlanmış olmalıdır.
7. Ürünün miadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8. UBB ve TITUBB kaydı olmalıdır.
9. Ürün kullanıldıktan sonra şartları taşımaya rağmen sorunlu olması veya istenilen işlevleri yerine getirmemesi durumunda ürünü değiştirilmesi yada iadesi olacaktır.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Uzm.Dr. Atakan PIRPIR
İç Hastalıkları Uzmanı
Tc.No:2372 Dip.Tec.No:93206

Ayşen UYSAL
dy