

# KABLOLU EMG ELEKTROT SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EMG SETİ ÜÇ PARÇA ELEKTROT TAN OLUŞMALIDIR.
2. ELEKTROT YÜZEYSEL KULLANILABİLMELİDİR.
3. HER BİR ELEKTROT AYRI BİR KABLO İLE CİHAZA BAĞLANMALIDIR.
4. KABLO BAĞLANTILARI KLİNİKTE MEVCUT CİHAZA UYGUN OLMALIDIR.
5. YÜZEYE YAPIŞTIRILACAK ELEKTROTLAR ÜRODİNAMİ SİRASINDA İSLANDIĞINDA SİNYAL İLETİMİNİ BOZMAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
6. ELEKTROTLARIN YAPISI DAİRESEL ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞ OLMALI VE ANAL SFİNKTERE DAHA FAZLA YAKLAŞABİLMELİDİR.
7. ELEKTROT ÜZERİNDEKİ KABLO UZUNLUĞU 60CM+/-5 OLMALIDIR.

MARKASI = XMS status  
MODEL = Combination interface model  
ENVANTERNO = XMS bv, 7521 PV, 25,

Asiye YAZARLI

Genel Başkanlığına Sayın ve Kıymetli Başkanım  
 Üz. Dr. Nalan DUTKUN, Dr. Arif HANCI  
 Dr. N. 3238 Çar. Tescil: 272567/14  
 Dr. Tescil: 8415 Num. Dış. Tescil: 114153/14  
 Nispetiye ve Kilitli Nöbetçiliği Üzümü

Asiye YAZARLI  
Asiye