



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği
Dr.Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SATINALMA BİRİMİ

..KAN İŞİNCİMA CİHAZI ETİKETİ KİMYASAL.....
.....İNDİKATÖRLÜ SİNİR 1.....

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiuahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 02/08/2016
SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No :

1 / 1

Talep Tarihi / No : 16/06/2016... /

820

Birim : KAN BANKASI STOĞU

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-03-03	KAN İŞİNLAMA CİHAZI ETİKETİ KİMYASAL İNDİKATORLÜ SINIF 1	YOK	2500	ADET

Künye No:

YOK 2500 11000

Hasan CAGRI
Kan Merkezi
Sorumlu Teknisyeni

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
İHALE YAKLAŞIK MALİYET ÜSTÜ OLDUĞUNDAN DOLAYI TALEBİMİZ BİR YILLIK İHTİYACIMIZDIR. / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Sorumlusu Melis KAYGUSUZ Biyomedikal Mühendisi
	16.06 / 2016	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Emir Cengiz
	16.06 / 2016	Hasan CAGRI Kan Merkezi Sorumlu Teknisyeni
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

KAN IŞINLAMA CİHAZI ETİKETİ KİMYASAL İNDİKATÖRLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezinde kullanılacak olan kan ışınlama cihazı etiketi kimyasal indikatörlü teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. İndikatörler merkezi ışınlama dozu 25 Gy için uygun olmalıdır.
- 2.2. İndikatör etiket şeklinde olmalı ve radyasyona duyarlı özel film içermelidir.
- 2.3. Işınlanacak olan kan torbalarının üzerine yapıştırılmalı, ışınlama işleminin kontrolünü ve güvenilirliğini görsel olarak kanıtlamalıdır.
- 2.4. Kan torbası yeterli doz ışın aldığı anda, görsel olarak kullanıcının bilgi sahibi olmasını sağlayacak değişiklik olmalıdır.
- 2.5. Yetersiz doz alan kan ürünlerinin ayırımı kullanıcı yorumuna gerek kalmaksızın net ve kolay bir şekilde anlaşılmalıdır.
- 2.6. Etiket yapışkan özelliği yüksek olmalı, torbanın üzerinden kolayca sökülmemeli, kullanım esnasında nemden etkilenerek düşmemelidir.
- 2.7. İndikatörler tek kullanımlık olmalıdır.
- 2.8. İndikatörler raf ömrü sonuna kadar, ışınlama dışında başka kaynaklardan etkilenmemelidir. (Uzun süreli ışık, ısı, sıcak veya soğuk, nemli ortam vb.)
- 2.9. Ambalaj içerisinde indikatörlerin uygun koşullarda saklandığını ve ısıdan etkilenip etkilenmediğini gösteren ısı etiketi olmalıdır veya mevcut etiket ısıdan etkilendiğini bir belirteç yardımı ile kullanıcıya bildirmelidir.
- 2.10. İndikatör üzerinde ISBT 128 kan bankasına özel barkodu bulunmalıdır.
- 2.11. Her 5000(beş bin) indikatörde kan ışınlama cihazının dozaj durumunu öğrenmek için akredite olmuş bir kurumdan doz haritalama işlemi ücretsiz yapılmalıdır.
- 2.12. İndikatörlerin raf ömrü en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 2.13. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü takdirde demonstrasyon isteyecektir.

3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Hasan ÇAĞRI
Kan Merkezi
Sorumlu Teknisyeni

Büyükan
Ceylan

Emin Çengiz