

EFOR KAĞIDI 210MM X 297MM-A4 BOYUT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kağıt A4 ebadında olmalıdır.
- 2-Kağıt normal milimetrik giridli olmalıdır.
- 3-Kağıt TEPA TM-PRO 2000 koşubantlı EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 4-1 Paketinde 500 sayfa olmalıdır.
- 5-Kağıt üzerinde bulunan milimetrik giridler çok belirgin veya silik olmamalı;EKG görüntüsünü bozmamalıdır.

Bey. Paz. Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Başkanlık

Selma Barlas
Hemşire

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara ili 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 140 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak EKG kağıdı, Nihon Kohden marka ECG-1350 K model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen EKG kağıdı Z katlı olmalıdır.
3. Kağıt 210x140 ebatlarında olmalıdır.
4. Çizgileri belirgin ve okunaklı olmalıdır.
5. Kağıt kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır.
6. Kağıt ambalaj içinde olmalıdır.
7. Satın Alınacak EKG kağıtları numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar birer adet numune vermelidir.

Beypazarı Devlet Hastanesi
Genel Sekreterliği
Başkan
Beypazarı Devlet Hastanesi

Selma Barlas
Hekim