

SATINALMA BİRİMİ

(REUSABLELERE + DAİRESEL STAPLER 31-32 MM KALIN) DOKU

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5- Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN

TELEFON: (0312) 336 09 09-2053
FAX: (0312) 3464361-3352625

SON TEKLİF VERME TARİHİ 24/05/2016
SAAT 15:00

SÖZ. SON TEKLİF VE...
TEKLENDİRİLMİŞTEKİLER

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ HASTANELERİ BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : AMELİYATHANE STOĞU

Talep Tarihi / No : 25/04/2016... /

59

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		REUSABLE RETRAKTÖR	YOK	1	ADET
2		DAİRESEL STAPLER 31-32 MM KALIN DOKU	OR3070	25	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
AMELİYATHANEDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇLARIMIZDIR. / / 20....	Dr.A.Y. Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Tarih: 25/04/2016 Tarih: 25/04/2016
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Dr.A.Y. Onkoloji Eğt. Arş. Hastanesi Genel Sekreterlik Dip. Teslim No: 007/26
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
109 UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
REUSABLE LAPAROSKOPİK RETRAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 KONU:

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanesinde kullanılacak olan Reusable Laparoskopik Retraktör teknik şartnamesidir.

2.YERLİ İSTEKLİLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER:

2.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun "Yerli isteklilerle ilgili Düzenlemeler" başlıklı 63. Maddesinde 19.02.2014 tarihinde yapılan değişiklik ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 07.01.2014 tarih ve 36385208/949/5461-11 ve 5461-74 sayılı Makam Onaylarına istinaden "Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi" n de yer alan mallar için yerli malı teklif eden istekliler lehine % 1 (vüzdebir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

2.2. İstekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren "Yerli Malı Tebliği" dikkate alınacağından; teklif mektuplarında, teklif edilen ürünün yerli ürün olup olmadığının yazılması ve ihale dosyasına bu kalemler için tebliğe uygun yerli malı olduğunu gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.

2.3. Ayrıntılar idari şartnamede yer alacaktır

3. TEKNİK ÖZELLİKLER:

3.1. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.

3.2. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.

3.3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.

3.4. Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.5. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımali ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.

3.6. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

4. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 4.1. Reusable olmalıdır.
- 4.2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 4.3 Endoskopik ekartörün çapı 10 mm. olmalıdır.
- 4.4 Endoskopik ekartörün shaft uzunluğu en az 32-35 cm. (+2 -2 cm.) olmalıdır.
- 4.5 Endoskopik ekartör atravmatik olmalıdır.
- 4.6 Endoskopik ekartörün beş parmağı olmalı,ekartörün tutaç arkasındaki bölümün çevrilmesi ile yelpaze şeklinde açılabilir özelliğe sahip olmalıdır.

5. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :

- 5.1. Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
- 5.2. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

6 .KABUL VE MUAYENE :

- 6.1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 6.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Op.Dr.Bülent AKSEL
Cerrahi Onkoloji Uzmanı
Tescil No:101473
Dr.Abdurrahman YURTASLAN
Onkoloji Hastanesi Ankara

Dr.A.Y. Onkoloji Eğ. Arş. Hastanesi
Op. Dr. Niyazi KARAHAN
Genel Cerrahi Başasistan
Dip.Tescil No: 57324

Dr.A.Y. Onkoloji Eğ. Arş. Hastanesi
Doç.Dr. Lütfi DOĞAN
Genel Cerrahi Uzman
Dip.Tescil No: 96025

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

**STAPLER CİRCULAR 31-32 MM (Kalın Doku Yeşil Kartuş)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtarслан Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde kullanılmak üzere alınacak olan Stapler circular 31-32 mm teknik şartnamesidir.

YERLİ İSTEKLİLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER:

1.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun "Yerli isteklilerle ilgili Düzenlemeler" başlıklı 63. Maddesinde 19.02.2014 tarihinde yapılan değişiklik ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 07.01.2014 tarih ve 36385208/949/5461-11 ve 5461-74 sayılı Makam Onaylarına istinaden "Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi" n de yer alan mallar için yerli malı teklif eden istekliler lehine % 1 (vüzdebir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

1.2. İstekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren "Yerli Malı Tebliği" dikkate alınacağından; teklif mektuplarında, teklif edilen ürünün yerli ürün olup olmadığının yazılması ve ihale dosyasına bu kalemler için tebliğe uygun yerli malı olduğunu gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.

1.3. Ayrıntılar idari şartnamede yer alacaktır

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Tek kullanımlık olmalıdır açık ve endoskopik cerrahiye uygun olmalıdır.

2.2. Dairesel iki sıralı titanyum zımba yerleştirerek bıçağı ile aradaki dokuyu kesip uç-uca veya uç yan anastomoz yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

2.3. Rahat yerleştirip çıkartmak için anvil düşük profilli olmalıdır.

2.4. Stapler ateşlendikten sonra anvil kısmının anastomoz hattında güvenli biçimde zımba hattına zarar vermeden rahatlıkla geçebilmesi için anvil başının düşmesini sağlayan mekanizmaya sahip olmalıdır ve cerrahın duyabileceği yükseklikte bir sesli uyarısı olmalıdır.

2.5. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideal "B" formasyonunda kapanmasını sağlamalıdır.

2.6. Ayrılabilir anvil kısmında purse string yuvası bulunmalıdır. Tutacın ön kısmında bulunan penceresinde staplerin doku üzerinde tam olarak kapatıldığını gösteren bir indikatörü olmalıdır. Renkli indikatör görülmeden stapler ateşleme yapmamalıdır.

2.7. Steril paketin içerisinde üzerinde sabit kartuş bulunan stapler ile birlikte ayrı bir delici bulunmalıdır.

2.8. Stapler tutacında istenmeyen ateşlemeyi engelleyecek emniyet mandalı bulunmalıdır.

2.9. Zimbalar yönlendirilmiş zımba teknolojisiyle üretilmiş olmalıdır.

2.10. Anvil üzerinde laparoskopik işlemlerde tutmayı kolaylaştıracı bir kısım olmalıdır.

2.11. Kartuş dış çapı en az 31 mm, dairesel lümen çapı en az 21 mm olmalıdır.

2.12. Zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce en az 4.5mm olmalıdır ve en az 2.0 mm' ye kapanmalıdır.

2.13. Kartuş içerisinde en az 26 adet titanyum zımba olmalıdır.

2.14. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

2.15. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır.

3. KABUL VE MUAYENE:

3.1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.

3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Dr.A.Y. Onkoloji Eğ. Arş. Hastanesi
Op. Dr. Niyazi KARAMAN
Genel Cerrahi Başasistan
Dip.Tescil No: 57324

Op. Dr. Bülent AKSEL
Genel Onkoloji Uzmanı
Tescil No: 101473
Dr. Abdurrahman YURTARSLAN
Onkoloji Hastanesi Ankara

Dr.A.Y. Onkoloji Eğ. Arş. Hastanesi
Doç. Dr. Cihangir ÖZASLAN
Genel Cerrahi Başasistan
Dip.Tescil No: 50366