

SATINALMA BİRİMİ

YARA BAKIM ÜRÜNÜ (EMİCİ HİDROFİBER)
10x10 CM + BRONKO ALVEOLAR KÜLTÜR KATETERİ

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAKGENEL HUSUSLAR**A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:**

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiadogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 24/10/2016
SAAT: 10:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : ANESTEZİ YOĞUN BAKIM STOĞU

Talep Tarihi / No : 30/08/2016... /

1117

| SIRA NO | BRANŞ KODU | MALZEMENİN ADI | SUT KODU | TALEP MİKTAR | BİRİMİ |
|---------|------------|---|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 150-03-03 | YARA BAKIM ÜRÜNÜ (EMİCİ HİDROFİBER) 10X10 CM. | 024600 300020 | 100 | Künye No: 300 ADET |
| 2 | | BRONKO ALVEOLAR KÜLTÜR KATATERİ | YOK | 300 | Künye No: 300 ADET |

| TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER | TARİH | KAŞE / İMZA |
|---|----------------------|--|
| YOĞUNBAKIMLARIN 3 AYLIK ACİL İHTİYACIDIR. | / / 20.... | Hülya Peker BÜYÜKŞİR Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Yoğun Bakım Sorumlusu Hemşiresi |
| | / / 20.... | Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu |
| | / / 20.... | Dr. A.Y. Onkoloji Eğt. Arşt. Hastanesi Klinik İdari Sorumlusu Uz. Dr. Hamit Erdal ESKİCİRAK Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitim Görevlisi Dip. Tescil No: 50578 |
| Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir. | | Kaşe / İmza |
| Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz | / / 20.... | İdari Mali Hizmetler Müdürü |
| UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. | / / 20.... | Hastane Yöneticisi |

YARA BAKIM ÜRÜNÜ (EMİCİ HİDROFİBER) 10X10 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımlardakullanılmak üzere alınacak olan yara bakım ürünü (emici hidrofiber)10 X 10 cm teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1. Yara örtüsü hidrofiber yapıda olmalıdır.
- 2.2. Ölçüsü 10 X 10 cm olmalıdır.
- 2.3. Akut, kronik ve enfekte yaralarda da kullanılabilir.
- 2.4. Yüksek eksuda emiş gücü olmalı (ağırlığının en az 10 katı sıvı emebilmeli) nemli yara ortamı oluşturmak için eksudayı emdiğinde yumuşak jele dönüşmeli, dolayısıyla ağır eksudalı yaralarda da kullanılabilir.
- 2.5. Kolay ve ağrısız çıkartılabilir.
- 2.6. Eksuda basınç altında bile bu liflerin içinde kalabilir.
- 2.7. Eksudayı yarada değil, pansumanda tutmalıdır.
- 2.8. Emdiğini yatay olarak iletmemeli, dolayısıyla civardaki dokuları masere etmemelidir.
- 2.9. Uluslararası kabul edilmiş testlere göre akut sistemik toksisitesi olmamalı, akut cilt irrigasyonu yapmamalı, cilt hassasiyetine neden olmamalı non-hemolitik olmalıdır.
- 2.10. Kaviteli yaralarda da kullanılabilir.
- 2.11. Kesilerek kullanılabilirler.
- 2.12. Hidrofiber yapıda olduğu klinik yayınlarla kanıtlayabilir.
- 2.13. Paketler üzerinde ürünün son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.
- 2.14. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miiatlı olmalıdır.

3. KABUL VE MUAYENE :

- 3.1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Birim Yetkilisi
Hemşiresi
Yüksek Bakım Sorumlu

Birim Yetkilisi

Birim Yetkilisi

Dr.A.Y. Onkoloji Eğ. Ars. Hastanesi
Uz. Dr. Hamit Erdal ESKİÇİRAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitim Görevlisi
Dip.Tescil No: 50578

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3Nolu Genel Sekreterliği
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**BRONKO ALVEOLAR KÜLTÜR KATATERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Genel Yoğun Bakım ve Cerrahi Yoğun Bakımda kullanılmak üzere alınacak olan bronko alveolar kültür katateri teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1. Katater tamamen radyopak olmalıdır.
- 2.2. Katater steril paketlerde olmalıdır.Kullanım sırasında kontaminasyonu önleyici koruyucu bir kılıf içinde olmalıdır.
- 2.3. Sistem iç içe geçirilmiş iki kataterden oluşmalıdır.İçteki kataterin kontamine olmaması için dış kataterin ucu kapalı olmalıdır.
- 2.4. Dış katater polietilen yapıda 2.7mm \pm 2mm çapında 60cm \pm 2cm uzunluğunda olmalıdır.İç katater politetrafloretilen yapıda 1.5mm \pm 2mm çapında 65cm \pm 2cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2.5. Kontaminasyonu önlemek için dış kataterin uç kısmında süda eriyebilen bir tıpa olmalıdır.
- 2.6. Tam kapalı kalışını gerçekleştirmek etmek üzere ve iç içe geçirilmiş farklı boydaki iki kataterden kültür örneği alan iç kataterin kontaminasyonunu önlemek için boyut sabitleyici sisteme sahip olmalıdır.
- 2.7. Kılıfın katatere el değmeden hastaya gönderilmesi için kataterin boyundan en az 2-3cm uzun olmalıdır.
- 2.8. Katater sert olmamalı ve akciğere zarar vermemelidir.
- 2.9. Kataterin üzerinde giriş takibi kolaylığını sağlamak için 1cm aralıklarla işaret çizgileri olmalıdır.
- 2.10. Ürünün üzerinde son kullanma tarihi yazmalı ve en az bir yıl miadlı olmalıdır.

3. KABUL VE MUAYENE :

- 3.1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Birim Yetkilisi
Hülya BAKAR BÜYÜKSU
Yoğun Bakım Sorumlu
Hemşiresi

Birim Yetkilisi
Dr.A.Y. Onkoloji Eđ. Arg. Hastanesi
Uz. Dr. Hamit ERDAL ESKİÇIRAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitim Görevlisi
Dip.Tescil No: 30578

Birim Yetkilisi