

4.2. Denetim ve Muayene Metotları

4.2.1. Göz Muayenesi: Teknik şartnamenin 3'üncü maddesinde yer alan gözle kontrol edilmesi gereken hususların muayenesi ve istek ve özellikler bölümünde uygunluğu yazılı taahhüt şeklinde yükleniciden talep edilen hususlar için yüklenici tarafından teslim edilen belgelerin istek ve özellik ile uyumluluğu ve geçerliliğinin kontrolü yapılacaktır.

4.2.2. Ölçü muayenesi: Teknik şartnamenin 3'üncü maddesinde yer alan ölçerek kontrol edilmesi gereken hususlar, amaca uygun ve kalibrasyonlu ölçü aleti kullanılarak kontrol edilecektir. Sayısal istek ve özelliklerde yer alan toleransların değerlendirilmesi, yürürlükteki Sağlık Bakanlığı teknik Şartname Hizmetleri Yönergesinde belirtildiği gibi olacaktır.

4.2.3. Fonksiyon Muayenesi: Teknik şartnamenin 3'üncü maddesinde yer alan fonksiyonel özellikler, malzemenin kullanımına yönelik olarak kontrol edilecektir.

5. YARARLANILAN KAYNAKLAR

5.1. Teknik şartnamede atıf yapılan dokümanlar


5.2. İlgili ürün katalogları


Cemalettin ŞAHİN

HAZIRLAYAN

Murat KOÇYİĞİT


Hüseyin ÖZDİNCER


Abdullah İPEK
Hastane Hizmetleri ve
Sağlık, Otelcilik Müdürü