

T.C. sağlık bakanlığı türkiye kamu hastaneleri kurumu

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği Dr.Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SATINALMA BİRİMİ

Fo	TOPELE	=2 5	€TÍ	 	
	•••••			 	

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özelikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- **5** Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B-DIĞER HUSUSLAR:

1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.

2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Mukammed Emin ÖZTÜRK İgari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068 FAX: (0312) 3464361-3352625 MAİL: onkolojieahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLIF VERME TARIHI: 30.1.06./2016 SAAT: 15:25

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

IHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No:

1/1

Birim : AFEREZ ÜNİTESİ

Talep Tarihi / No: 13/06/2016... /

788

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENIN ADI	SUT KODUNG TALEP MIKTAR	BİRİMİ
1	150-03-03	FOTOFEREZ SETI	10000 300 30	ADET

KAŞE / İMZA TARIH TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER A Stor TAN prison by BAith 2016 YILININ İHALESİ YAPILINCAYA KADAR İHTİYACIMIZDIR. / / 20.... Dip.No: 06427024 tok TakipaKlinik / Birim / / 20.... Klinik İdari Sorumuşu / / 20.... Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir. / / 20.... Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

FOTOFEREZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fotoferez Seti teknik şartnamesidir.

2. KİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE LİSTESİ :

- 2.1. İlluminasyon torbası kan hücrelerinin ultraviyole tedavisi için özel yapıda üretilmiş olmalıdır.
- 2.2. İlluminasyon torbası EVA (ethyl vinyl acetate) yapıda olmalıdır.
- 2.3. Fotoferez kitleri tek tek steril paketlerde olmalıdır.
- 2.4. Fotoferez seti ile birlikte:
 - a- Fotoaktivasyon ajanı (8-Metoksipsoralen , Metoxsalene)
 - b- Ünitede kullanılan cihaza uygun aferez seti
 - c- 500 ml izotonik,17G fistül ve 2 adet ACD-A solüsyonu ücretsiz olarak verilmelidir.
- 2.5. Fotoferez seti ile birlikte Fotoferez işlem cihazı hastanemiz ilgili bölümüne kurulmalıdır.
- 2.6. Ürünün CE Belgesi ve Sağlık Bakanlığı UBB kaydı olmalıdır.
- 2.7. Cihazın Periyodik bakımı firma tarafından yapılmalıdır.
- 2.8.Cihazda meydana gelebilecek arızalara firma müdahale edecektir.
- 2.9.Sözleşme süresince alınan ve miatları süresince tüketilemeyeceği idare tarafından anlaşı lan setler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılarla değiştirilecektir
- **2.10.** Toplam arıza süresi 2 (iki) iş gününü aşarsa firma cihazı aynı kapasitedeki bir yenisi ile değiştirecektir. Bu halde firma herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.
- **2.11.** Set arızası ve teknik arıza nedeniyle kullanılamayan malzemeler firma tarafından karşılanacaktır.

3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Dr. Abdurrahman Yurtarsla

Birim Wetkilisi

Birina Yetkilisi

Birim Ketkilisi