

SATINALMA BİRİMİ

BIOMEDİKAL İKİ KALEM ÖLÇÜLEME HİZMETİ
(SANTRİFÜS CİHAZLARI KALİBRASYONU)

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiاهدogrudentemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ 20/07/2016
SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Talep Tarihi / No : 31/05/2016... /

743

Birim : BIO MEDİKAL STOĞU 1

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		PERİYODİK ÖLÇÜMLEME HİZMET			Künye No:
		AĞIRLIK - UZUNLUK ÖLÇÜM,MEKANİK AĞIRLIK ÖLÇÜM CİHAZI / TERAZİ KALİBRASYONU	YOK	28	ADET
2		PERİYODİK ÖLÇÜMLEME HİZMET			Künye No:
		SANTRİFÜJ,MASA ÜSTÜ KAN SANTRİFÜJ CİHAZI KALİBRASYONU	YOK	9	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KASE / İMZA
HASTANEMİZ GENELİNDE BULUNAN SANTRİFÜRİJ CİHAZLARININ VERİMLİLİK STANDARTLARI GEREĞİ KALİBRASYONLARININ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. Santrifüj Kalyon No=1008174095, 1008194922, 1008194920, 1008310071, 1007999393, 100793534, 1007947410, 1008492556, 1007944383, Terazi Künye No=1008171087, 1008452509, 1008452512, 1008452513, 1010050716, 1008780508, 1008171088, 100850752, 1008150754, 1008150753, 1008150751, 1008452517, 1008452740, 1008452749, 1008452516, 1008452754, 1008452742, 1008452750, 1008452748, 1008452743, 1008452747, 1008452741, 1008452511, 1008452752, 1008452514, 1008452838, 1008180169, 1008182300. / / 20....	Şevki ŞAHİN Stok Takip Klinik / Birim Elektronik Teknisyeni Ankara Onkoloji Hastanesi
 / / 20....	Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aysenur YAKAR Sağlık Bakanlığı Hizmetleri Müdürü
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet GAZİBÜYÜK YILDIZIM Elektronik - Elektronik Mühendisi Kaşe / İmza
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**AĞIRLIK VE UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN
KALİBRASYON HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genelinde kullanılmakta olan Ağırlık ve Uzunluk Ölçüm Cihazları için alınacak olan ölçümleme/kalibrasyon hizmeti teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1. Yüklenici firma akredite bir kuruluştan ve/veya konusunda sertifikalandırılmış uzmanlarının kalibrasyonunu yapmakla yetkili olduğunu gösterir belge teklifle birlikte sunacaktır.
- 2.2. Yüklenici firma test ve kalibrasyonu yapılan cihaz için 2 (iki) adet kalibrasyon sertifikası/raporu düzenleyecektir.
- 2.3. Yüklenici firmanın düzenlemiş olduğu kalibrasyon sertifikasında hangi parametrelerin test edildiği ve bu testlerin hangi standarda göre yapıldığı, kullanılan kalibratörlerin bilgisi, kalibratör envanteri ve kalibratör bilgisi ile kalibratörün uluslar arası geçerliliğe sahip kalibrasyon merkezinde kalibre edildiğini dahil belirten rapor yer alacaktır.
- 2.4. Hazırlanacak kalibrasyon sertifikası Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin belirlemiş olduğu formatta hazırlanacaktır.
(<http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/cfa267ed219c4ea59ea46f3fb2c11e3f.pdf>)
- 2.5. Yüklenici firma test ve kalibrasyonunu yaptığı cihaz için kalibrasyon etiketi hazırlayacak ve bu etiketi cihaz üzerine yapıştıracaktır. Etiket üzerinde cihaz künye numarası, kalibrasyon sertifikası numarası, firma logosu, kalibrasyon yapıldığı tarihi yazılacaktır.
- 2.6. Cihaz kalibrasyonu sonunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak ve öncesinde cihazda Var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Cihazı ölçümleme esnasında yüklenici firma tarafından cihaza verilecek arızalanma, düşme, kırılma vb. olayların tamamından sorumludur ve olası bir durumda her türlü hasar zararlar yüklenici firma tarafından ÜCRETSİZ telafi edilecektir.
- 2.7. Sistemin kalibrasyonu için gerekli olan her türlü donanımı yüklenicinin kendisi temin edecektir.
- 2.8. İhaleye teklif verecek firmaların cihazın mevcut durumunu ve koşullarını görmüş oldukları kabul edilecek, firmalar buna göre teklif verecektir.

Birim Yetkilisi
Şevki FAHİN
Elektronik Teknisyeni
Ankara Onkoloji Hastanesi

Birim Yetkilisi

Birim Yetkilisi

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İsmet Gazi BÜYÜKALDIRIM
Elektronik Mühendisi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SANTRİFÜJ
ÖLÇÜMLEME/KALİBRASYON HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genelinde kullanılmakta olan Santrifüj Cihazları için alınacak olan ölçümleme/kalibrasyon hizmeti teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1. Yüklenici firma akredite bir kuruluştan ve/veya konusunda sertifikalandırılmış uzmanlarının kalibrasyonunu yapmakla yetkili olduğunu gösterir belge teklifle birlikte sunacaktır.
- 2.2. Yüklenici firma test ve kalibrasyonu yapılan cihaz için 2 (iki) adet kalibrasyon sertifikası/raporu düzenleyecektir.
- 2.3. Yüklenici firmanın düzenlemiş olduğu kalibrasyon sertifikasında hangi parametrelerin test edildiği ve bu testlerin hangi standarda göre yapıldığı, kullanılan kalibratörlerin bilgisi, kalibratör envanteri ve kalibratör bilgisi ile kalibratörün uluslar arası geçerliliğe sahip kalibrasyon merkezinde kalibre edildiğini dahil belirten rapor yer alacaktır.
- 2.4. Hazırlanacak kalibrasyon sertifikası Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin belirlemiş olduğu formatta hazırlanacaktır.
(<http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/cfa267ed219c4ea59ea46f3fb2c11e3f.pdf>)
- 2.5. Yüklenici firma test ve kalibrasyonunu yaptığı cihaz için kalibrasyon etiketi hazırlayacak ve bu etiketi cihaz üzerine yapıştıracaktır. Etiket üzerinde cihaz künye numarası, kalibrasyon sertifikası numarası, firma logosu, kalibrasyon yapıldığı tarihi yazılacaktır.
- 2.6. Cihaz kalibrasyonu sonunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak ve öncesinde cihazda Var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Cihazı ölçümleme esnasında yüklenici firma tarafından cihaza verilecek arızalanma, düşme, kırılma vb. olayların tamamından sorumludur ve olası bir durumda her türlü hasar zararlar yüklenici firma tarafından ÜCRETSİZ telafi edilecektir.
- 2.7. Sistemin kalibrasyonu için gerekli olan her türlü donanımı yüklenicinin kendisi temin edecektir.
- 2.8. İhaleye teklif verecek firmaların cihazın mevcut durumunu ve koşullarını görmüş oldukları kabul edilecek, firmalar buna göre teklif verecektir.

Birim Yetkilisi

Şeyki ŞAHİN
Elektronik Teknisyeni
Ankara Onkoloji Hastanesi

Birim Yetkilisi

Dr. A.Yurtarslan Ankara Onkoloji
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ayşe Gül TARLA
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü

Birim Yetkilisi

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mehmet Gazi BÜYÜKYILDIRIM
Elektrik - Elektronik Mühendisi