



## STERİCAN İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HER BİR İĞNE STERİL OLACAKTIR.
2. İĞNENİN ÖZELLİKLERİ 23 GAVGE (0,6X80mm) ve MAVİ OLACAKTIR.
3. İĞNELER İNCE DUVARLI OLUP PASLANMAZ VE KROM - NİKEL ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.
4. ŞEFFAF LUER KİLİT PLASTİK HUB ÖZELLİĞİNDE OLMALIDIR.
5. İĞNE HUB'İ POLİPROPİLENDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.

  
Doç. Dr. Koray AYDEMİR  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı  
Dip. No: 01004585 Uzm. No: 44111-87770  
Etiler Gülhane Tıp Fakültesi  
Gaiter Fizik Tedavi ve Reh. EAH

  
Uzm. Dr. Yasin DEMİR  
FTR Uzmanı  
Uzm. Tes. No: 107072/127741  
Bilkent FTR EAH

  
Kamer KOCAER  
Ampute Reh. Sor. Hemş.  
H148205